

מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ועדת המכרזים המשרדית
דרך המכבים, ראשון-לציון ת.ד. 30 בית דגן, מיקוד 50200
טל' 03-9485405/7 - פקס - 03-9485849

תאריך: 18.11.09

כוונה להתקשרות - ספק יחיד

אישור פרסום כוונה להתקשרות בפטור לפי תקנה 3(29) ספק יחיד בצרוף חוות דעת.

Cie

לקביעת ספקי רכיבים ואיקולומיה

BIORAD C-1000

נושא: רכיבים מכשיר PCR 200N

BIORAD

התקשרות עם: ח.פ. שווי ההתקשרות בש"ח 93899

תקופת ההתקשרות מ: 20.11.09 עד 20.2.2010

איש קשר לקבלת השגות מהציבור: צ' שטאן ערר

* מצ"ב חוות דעת מומחה.

נציג היחידה

מוטי ניר
חבר

דוד בן-נאים
חבר

יוסי שטיינברג
חשב

עו"ד חנאן טוחי
נציג היועץ המשפטי

יחיאל רוז
יו"ר הועדה

הנדון: אישור התקשרות בפטור לפי תקנה 3(29) ספק יחיד

בנושא:

החלטת הועדה מיום

החלטה

בחלוף ימי הפרסום כדין ובהעדר השגות, וועדת המכרזים מאשרת את ההתקשרות הנ"ל בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) בהתאם לנתונים המפורטים בהחלטת ועדת המכרזים לאישור פרסום כוונת התקשרות.

נציג היחידה

מוטי ניר
חבר

דוד בן-נאים
חבר

יוסי שטיינברג
חשב

עו"ד חנאן טוחי
נציג היועץ המשפטי

יחיאל רוז
יו"ר הועדה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה,
המכון הווטרינרי ע"ש קמרון, בית-דגן

כח' חשון תש"ע
12 בנובמבר 2009

אל: מר בועז סנדרוב - ממונה רכש

הנידון: רכישת מכשיר PCR מסוג BIORAD C-1000 עבור בדיקות בקטריוולוגיות ומיקופלסמה

לאחר בדיקה יסודית, הגעתי למסקנה שהמכשיר PCR המתאים לבדיקות הוא מסוג BIORAD C-1000. הדרישות הייחודיות של הבדיקות זורשות תכונות הקיימות באופן בלעדי כמכלול במכשיר שבנידון. להלן התכונות הייחודיות והבלעדיות הנדרשות לעבודה השוטפת.

1. אחת התכונות שמאד חשובות לנו ומשמשות אותנו באופן שיגרתי לאיבחון ומחקר היא תוכנית Gradient.
2. רמת הדיוק הנדרשת עומדת על ± 0.2 בתוכנית עד C 90 תוך עשר שניות.
3. למכשיר זה יש תוכנית מיחשוב לבניית פרוטוקולים המשתמשת בנתונים של פריימרים.
4. חשובה מאד האפשרות ליציאות USB בהקשר של העברת הנתונים ישירות לתוכנת מחשב.

על כן, אני ממליץ מהסיבות לעיל לרכוש את המכשיר שבנידון.

אני מאשר לרכוש
מכשיר BIORAD
התכנית PCR
המתאימה למחשב
בברכה
ד"ר שמעון פרץ
סגן מנהל המכון הווטרינרי
ומנהל החטיבה למחלות עופות ודגים