

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל : 03-6973208
פקס : 03-6973440

5 בינואר 2010
סימבוכין : 05-01

לכבוד
וועדת רכישות
בא

שלום רב,

הנדון : רכישת 2 מכלי יונים לבדיקת PCO2 דרך העור
עבור מחלקת טיפול נמוץ ילדים

מדובר על מכשיר לבדיקת פליטה של CO2 דרך העור (TRANSCUTANEOUS), אשר מהווה תחליף לנשימת
בליקת גזים בדים שחיוניות מאד בחידוד טיפול נמוץ. יתרון נוסף מתבטא בכך, שהבדיקה במכשיר זה הנה
רציפה ומאפשרת מעקב מתמיד אחר מצבו של החולה.

חב' מדיסקאן הוצימה מכשיר יחודי מדגם SDMS תוצרת SENTEC המבצע את הבדיקה המתוארת לאחר פיל
קצר (7 דקות), ללא סכנת כוויות ובריח גברה.

לאור נתונים אלו ממליץ לרכוש את המכשיר הנייל לפי הצעת המחיר הרצ"ב מ – 21.12.09 ולראות בחב' מדיסקאן
ספק יחיד למקרה זה.
למכשיר יש אשור אמ"ר על בסיס CE/FDA.

בברכה,
ד"ר ולנטין גלנטראוב
מנהל מחלקת הנדסה רפואית