



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

9 בינואר 2012
מספרנו : יש/0007-2012
תיק : 1-1112, 1001, 1007

לכבוד
גב' גילי נעים
כא
נכבדתי,

הנדון : חדר ניתוח כללי/א.א.ג. – חו"ד לרכישת דופלר ניתוחי

א. בקשת פרופ' וולף מיום 21.12.2011
ב. חו"ד ספק יחיד ד"ר ערן אלון

1. בהמשך לסימוכין א' נדרש לרכוש הנדון בכמות 1 יח'.
2. מדובר במכשיר דופלר ניתוחי בעל התכונות הבאות:
 - א. המכשיר מופעל בעזרת פרוב אולטראסוני בתדירות 20MHz.
הפרוב מוחדר לסביבת כלי הדם ומחובר אל כלי הדם בעזרת שרולית.
בצורה זו מתאפשר ניטור מתמשך וישיר של זרימת הדם בכלי הדם הזעיר.
 - ב. המכשיר בעל שני ערוצים.
 - ג. תחום מדידה – 0.5-15cm/sec.
 - ד. אפשרות לכיוון עוצמת הקול.
 - ה. מופעל סוללות (8xAA) או ספק חיצוני.
3. מומלץ לממש הצעת מחיר מס' 111170, של חב' גטר, למוניטור דגם DP-M250 תוצרת COOK MEDICAL (לכל סעיפיה).
- יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.
- יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
4. ד"ר ערן אלון מעדכן (סימוכין ב'), שלא ידוע לו על מכשיר דומה מיצרן אחר.

בברכה,

צפריר בן יהודה - Msc
ס/מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעת מחיר+תכתובת

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל - השומר

	מספר
9/8.47	תאריך מילוי
9/1/17	מאריך

קדון מחקרים _____

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה ____ (29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומידע התכלות של הטובין / השירות / העבודה)

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מלך - סלס
מספר הספק:	
(ח.מ.ח.צ.מ.מ. מספר עמותה)	
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>X</u>
אומדן שווי התקשרות:	ספק חוץ _____
תקופת ההתקשרות:	

