

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

מינהל המחקר החקלאי	משרד החקלאות
המעבדה הרשמית לבדיקת זרעים/ המכון למדעי הצמח	יחידה מזמינה/מכון:
8.2.12	תאריך חוות דעת:
034/4887/12	בקשה מס' (פנימי):

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה X (29)3 / (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

טובין שירותים ביצוע עבודה

משולם אבני ובנו בע"מ, ציוד ושירותי אחזקה למעבדות	שם הספק:
ע.מ 510904741	מספר הספק: (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מ.מספר עמותה)
<input type="checkbox"/> ספק חוץ <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד	ספק זה הנו:
32,559.00 ₪ כולל מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
31.5.12 38 25.8.12	תקופת ההתקשרות:

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

הנושא: רכישת מטחנת זרעים
במסגרת בדיקות בריאות זרעים אנו בודקים מגוון רחב של וירוסים שעלולים לעבור בזרעים. אחת הבדיקות השכיחות מתבצעת בשיטת ELISA ולמעבדה לזרעים יש הסמכה בינלאומית (ISTA) לביצוע בדיקה זאת.

על-פי דרישות ISTA לצורך שימור ההסמכה לבדיקת ELISA, אנו חייבים לטחון את הזרעים במטחנה Retsch Grindomix GM-200 (תוצרת גרמניה) או שוות-ערך. המטחנה Retsch Grindomix GM-200 היא היחידה שעברה ולידציה ע"י מעבדות ISTA ו-ISHI. אין באפשרותנו לעשות ולידציה למטחנות אחרות, אם קיימות, כיוון שאסור לשלוח חומר ביוטי של נגעי הסגר בין מעבדות בעולם וכן בגלל עלותה הגבוהה של ולידציה כזו. זו הסיבה שהשירותים להגה"צ ולביקורת רכשו שתי מטחנות כאלה.

חברת משולם אבני ובנו בע"מ היא הספק היחיד של מוצר

זה בארץ.

מפרט טכני:

Applications size reduction, homogenization and mixing
Field of application agriculture, biology, food, medicine /

Feed material	soft, medium-hard, elastic, containing water / fat / oil, dry, fibrous	icals pharmaceu
Size reduction principle		cutting
Material feed size*		40 mm
Final fineness*		< 300 μm
Batch size / feed quantity*		with standard lid 700 ml with reduction lid 300 ml with gravity lid 300 - 600 ml
Grinding chamber volume		with standard lid 1000 ml with reduction lid 500 ml with gravity lid 400 - 800 ml
Speed at 50 Hz (60 Hz)		digital, 2.000 - 10.000 min ⁻¹
Material of grinding tools		blade: stainless steel / titanium fixation of blade: PVDF container: autoclavable plastic / plastic PP / stainless steel / glass
Setting of grinding time		digital, 1 s - 3 min
Interval operation		yes
Storable SOPs		3
Drive		series-characteristic motor
Drive power		~ 900 W
Electrical supply data		different voltages
Power connection		1-phase
Protection code		grinding chamber and keypad IP 42
Power consumption		~ 900 W
W x H x D closed	350 x 275 x 392 mm (opened: 350 x 410 x 553)	
Net weight		~ 10 kg
Standards		CE

• למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת:

המטחנה Retsch Grindomix GM-200 היא היחידה שעברה ולידציה ע"י מעבדות ISTA ו-ISHI. בררנו אצל היצרן מי הספקים בארץ של המטחנה Retsch Grindomix GM-200

2. ממצאי הבדיקה:

ליצרון Retsch Solutions in Milling & Sieving יש נציג בלעדי בארץ - משולם אבני
ובנו בע"מ, והוא הספק היחידי בארץ של המטחנה Retsch Grindomix GM-200.

3. נימוקים והערות נוספות:

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.
חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר לאה קרני	מנהלת (בפועל) המעבדה לבדיקת זרעים	לאה קרני
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה