



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	חקלאות
יחידה מזמינה:	הגנת הצומח
תאריך:	06.03.2012

אל: ועדת המכרזים
 הגדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנת חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
רכישת קולונות אימנולוגיות וערכות בדיקת רעלנים מחברת סיאט.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)
 טובין X שירותים

שם הספק:	סיאט דיאגנוסטיקה
מספר הספק (ח.פ./ח.ע.מ/מספר עמותה)	512845256
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק חוץ <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד
אומדן / שווי ההתקשרות:	60925 ש"ח
תקופת ההתקשרות:	03-2012 ועד 03-2013

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף). ראה נימוקים והערות, סעיף 3.

- נא להתייחס לסעיפים הבאים:
1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
 2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

3. נימוקים והערות נוספות

להצע"מ שני חלקים: הצע"מ לרכישת עמודות ניקוי בשיטה אימונולוגית ו ערכות בדיקת רעלנים בשיטה אימונולוגית.

1. הזמנת העמודות היא בלעדית מפני שנוהלי בדיקת רעלנים מבוססים על הסוג המסויים שמוספק ע"י חברה סיאט. לסוג זה קיימים נוהלי וולידציה ומעקב שבלעדיהם אין עקיבות לשיטות בדיקה שלנו. אי-לכך אין להשתמש בעמודות מתוצרת אחרת.

2. נוהלי בדיקת הרעלנים בשיטה חצי כמותית מבוססים כל ערכות בדיקה מהסוג שמוצר ע"י חברה **NEOGEN** ומסופק ע"י חברה סיאט באופן בלעדי. ביצוע בדיקות אלו בעזרת ערכות מסוג אחר ומאת יצרן אחר אפשרית באופן תיאורטי, אך כרוך בשינוי נוהלי בדיקה, נוהלי וולידציה וברכישת מכשיר אחר לקריאת התוצאות **Microstrip Reader** תהליך זה ניתן לביצוע אך נדרש פרק ארוך מעל לחודשיים. שבזמן זה מבצע הבדיקות והמעבדה תהייה עסוקה רק בהכנות לקליטת הצידוד החדש ובאימות השיטה ולא בעבודה שיגרתית. לכן אני ממליץ על המשך רכישת הערכות תוצרת **NEOGEN** גם למען שמירת העקיבות של הבדיקות וגם מטעמי חסכון זמן וכסף.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר איל מארק	רננה זלמן	חתימה
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה