



אישור פרוסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מומינה :	ג.ו.ג	מס' ועדה :	110268
מחוז הרכישה :	חלפים ומגלים	Anspack	
סכום הרכישה מטבע ספק : ש"ח	156,188	עדד בשקלים :	
ספק פוטנציאלי :	MTC		

חועדה התכנסה בתאריך 28.8.12 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הנזכר
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים	י.סי.שחח	עו"ד רוזן פריי	ט.ר	שמוראל עמר
רמי תנעמי		ט.ר		

תאריך: 15.02.2012

לכבוד :
ועדת מכרזים
כאן

הנדון : שדרוג 5 מנועים עבור ניוורכיורוגיה – חדר ניתוח

בחדר ניתוח מתבצעים ניתוחים ניוורכיורוגיים בכמות שביטמן האחרון גדל על כדי כך שמגיעים ל-6-5 חדרים בו-זמנית. אחד הפריטים שבשימוש בכל ניתוח זה המנוע לפתיחת הגולגולת או לכיצוע פעולת נוספות כשהניתוחים משוכללים א.ג.א. או בניתוחים של עמוד השדרה.


חדרישות הבסיסיות של המנועים לנוירוכירורגיה הן מהירות גבוהה, מומנטום חזק ועוצמה גדולה בנוסף לאמינות המנוע, איכות המתכלים ולא במקום האחרון שרות מהיר של הספק. השימוש במנועים מאוד אינטסיבי ומכאן הבלאי מאוד גדול. רוב המנועים נרכשו בשנת 2000 ועקב הבלאי עוצמת המנועים ירדה ותדרוה התקלות גדלה על כדי כך שיש צורך בפתיחת 2 סטים לאותו ניתוח.

כשנתיים האחרונות שדרגנו חלק מהמנועים הישנים דגם BLACKMAXX לדגם החדש XMAXX של אותו היצרן דבר שהביא לרגיעה מסויימת אבל כמות הניתוחים גדלה ונשאר עוד 5 סטים של מנועים ישנים שכבר לא ניתנים לשימוש. מתוך 5 המנועים 3 בתיקון אצל היצרן ועלות התיקון גבוהה או דוגמת מעלות השדרוג המנועים חדשים מדגם XMAXX, מנועים הרבה יותר חזקים, הרבה יותר שקטים. החלפת המנועים יאפשר לנו להשתמש בחלק המרכזיים המקוריים ובמיוחד באותם מתכלים, דבר שנדרש בחדר ניתוח כדי לחקטין את מספר הפריטים ולמנוע תקלות של שימוש במתכלים לא מתאימים (סטנדרדיזציה לפי תחומים).

יש לרכוש את שדרוג המנועים במסגרת TRADE-IN מאותו יצרן כדי לאפשר המשך פעילות תקינה בחדר ניתוח בתחום ניוורכיורוגיה בלי להגדיל מספר הדגמים של מנועים ושל המתכלים, גורם שעלול לגרום לתקלות וטעויות של הצוותים המקצועיים.

MTC הינו הספק הכלעדי של היצרן בארץ ועל כן הספק היחיד לבצע השדרוג של המנועים

בברכה
דורון לאקה
מהנדס מכשור רפואי


דורון לאקה
ראש צוות
חדר ניתוח הנשמה
מרכז רפואי איכילוב ד"א