

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
רפ"ר אנטוסולון 2

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	1018-10
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	510861479 - 1936
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>X</u> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	24,000 ₪
תקופת ההתקשרות	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

28 במרץ 2012
מספרנו: יש/2012-2016
תיק: 8030, 1125

FRAME
GRAVER

חיים שיבא

לכבוד
ד"ר דינה נוף
כאן

נכבדתי,

הנדון: מרכז הכבד - חווי"ד לרכישת אולטראסאונד

א. פניית הרכש מיום 13.2.2012
ב. מכתב פרופ' בן ארי מיום 22.2.2012

פרופ' בן ארי מבקשת לרכוש אולטראסאונד שיענה לדרישה 3 שבסימוכין ב' הרצי"ב, בכמות 1 יח'.

מדובר במכשיר מתוצרת היטאצ'י, דגם EUB6500HV.

למכשיר יכולת ייחודית בתוכנה בקיום היסטוגרמה של אזורים בכבד ובאמצעותה ניתן לקבוע את כימות השומן הכבד (STEATOSIS).

בבדיקתנו הסתבר כי אין לשום יצרן חלופי, לפי שעה, ההיסטוגרמה הייעודית לביצוע הנדרש, ולפיכך ניתן לראות את חב' היטאצ'י ספק בלעדי למימוש הבדיקה המבוקשת על כל המשתמע מכך.

מדובר במכשיר משומש מתצוגה לאחר 3.5 שנים. הדגם אינו מהגירסה העדכנית של היצרן כיום.

בהתאם לבקשתי הוגשה ע"י חב' גטר-סאיילאב הצעת מחיר ביום 29.3.2012 כדלקמן:

- פריט 1 המכשיר.
- פריט 2 - מתמר CONVEX דגם C-514 בעל תדירות בתחום 2-5MHz.
- פריט 3 עד 5 - חיבור ל-DICOM לצורך חיבור המכשיר לארכיב ביה"ח, על מנת לשמור על תוצאות הבדיקות המבוצעות. ללא חיבור זה אין יכולת שמירת בדיקות זולת במכשיר עצמו על המגבלה שבכך.
- סוגיית הצורך ב-DICOM הינה של פרופ' בן-ארי.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

בזהירות הראויה, העלויות שבהצעת המחיר גבוהות באופן חריג.
לגבי פריטים 1+2 בהצעה מומלץ כי פריט 2 (המתמר) ייכלל בפריט 1 (במחיר המכשיר).
לגבי פריטים 3 עד 5 יש לקיים מו"מ נוקב עקב עלות גבוהה באופן חריג (עלות גבוהה פי 2
מהמקובל).

ההזמנה תכלול שנתיים אחריות מיום השימוש והקליטה בפועל (ראו תיקון בהצעת
המחיר) וספרות הפעלה ושרות כמקובל.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעות מחיר+תכתובת

העתק: פרופ' ז. בן ארי
מר א. שלומב