

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
אכסני תעסוקה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	דס'ן סי'ק'ה
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	51151 -
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>X</u> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	19,050 \$ + 181
תקופת ההתקשרות	

נעים גאולה

מאת: קזולה-חלבי תמר
נשלח: יום ראשון 29 אפריל 2012 13:13
אל: נעים גאולה; ורדי אמיר, דר
נושא: מכשיר הנשמה RE:

גילי שלום,
חיפשנו מכשיר ביתי שיענה על הדרישות הבאות:
קטן, נוח לתפעול, עם מנגנון נעילה המגן מפניי הפעלה שגויה, בעל סוללה פנימית ועם התרעה קולית חזקה שתוכל להישמע היטב בתנאים ביתיים.

נבדקו מספר מכשירים:

1. Bipap של פיליפס משווקים-מדטכניקה- אינו בעל סוללה פנימית ואינו מתריע
2. Stellar משווק ע"י קלנטיקה- כיוון שהחולה מונשמת דרך טרכאוסטום המכשיר מתריע המון התרעות מיותרות. אינו ידידותי ואינו מתריע היטב.
3. נבדקה האפשרות למכשיר Itv משווק ע"י קלנטיקה מכשיר אינו ידידותי מסובך להפעלה ומנגנון הנעילה שלו אינו מספק.
4. מכשיר האיגל משווק ע"י חברת אלדן אינו מתאים לתנאים ביתיים ללא אדם המיומן בהפעלתו ובידע נשימתית.

מכשיר האליזה נבדק ונמצא מתאים מבחינת הצרכים וכמובן מתאים לחולה לאחר נסיון של מספר שבועות.

קזולה תמר

From: נעים גאולה
Sent: Sunday, April 29, 2012 1:00 PM
To: ורדי אמיר, דר
Cc: קזולה-חלבי תמר
Subject: RE: מכשיר הנשמה

האם המכשיר הוא היחיד שמתאים ומה הסיבות?
גילי

From: ורדי אמיר, דר
Sent: Sunday, April 29, 2012 12:55 PM
To: נעים גאולה
Cc: קזולה-חלבי תמר
Subject: מכשיר הנשמה

שלום רב,
לעניין מכשיר ההנשמה הביתי עבור רוקיה
לאחר התייעצות עם תמי קזולה ובדיקה של שני מכשירי הנשמה, נמצא המכשיר שביקשנו מתאים לצרכים כפי שהגדרנו אותם:
אמין, פשוט להפעלה, מוגן מהפעלה שגויה, מתאים לצרכי החולה (הנשמנו אותה וראינו שהם מסתדרים), בעל סוללה פנימית,
פועל על חמצן בלבד ומייצר התרעה קולית שתשמע היטב בתנאי הבית.

תודה, אמיר

דר' אמיר ורדי
מנהל טיפול נמרץ לב ילדים
מנהל שרות האקמו
בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים
המרכז הרפואי שיבא, תל-השומר 52621