

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ/ מספר עמותה)	
ספק זה הינו:	
אומדן / שווי ההתקשרות:	
תקופת ההתקשרות	

ספק יחיד X ספק חוץ _____
 510091884 1707
 " אולף \$ 19,410



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

30 באפריל 2012
מספרנו: יש/2012-0151
תיק: 1009, 1120-18

לכבוד
ד"ר דינה נוף
מר אריה שלומוב
כ.א.
נכבדי,

הנדון: היח' לט.ג. ניתוחי לב (ט.ג. בי) -
חוו"ד לרכישת מודול מטבולי (קלורימטריה)

א. פנייתכם מיום 28.3.12
ב. הבהרת ד"ר קוגן מיום 22.4.12

בסימוכין א' ביקשתם לרכוש מודול מטבולי, בכמות 2 יח', עבור היחידה לטיפול נמרץ ניתוחי לב.

בסימוכין ב' מבהיר ד"ר קוגן הצורך בשני המודולים.

ביחידה לט.ג. ניתוחי לב מצויה מע' ניטור מודולרית מתוצרת GE-DATEX משנת 2008, הכוללת כמות של 12 מוניטורים מסוג Bed-Side דגם F-CU5P (רצ"ב רשימת המוניטורים).

המודול המבוקש מאפשר הכנסתו אל ה-RACK המצוי במוניטורים ותופס מקום של שני Slots.

המודול המבוקש הינו מדגם E-COVX, הכולל ניטור CO₂, O₂, ספירומטריה, שיחלוף גזים ומטבוליזם.

מאחר ומדובר בתוספת מודול למע' ניטור מודולרית קיימת, מחוייב לרכוש המודול הנדרש, בכמות 2 יח', מיצרן מע' הניטור הקיימת, קרי - חב' GE. למען הסר ספק, לא ניתן לרכוש המודולים מיצרן אחר זולת חב' GE.

מומלץ לממש הצעת מחיר חב' לבנט PQ111304, בכמות 2 יח' (ולא כמות 1 יח'). מהאמור לעיל ניתן לראות ביצרן GE ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתק: ד"ר א. קוגן