







המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

23 באפריל 2012  
מספרנו: יש/2012-0148  
תיק: 3003, 9-1120

לכבוד  
גב' גילי נעים  
כ.א.ן

נכבדתי,

הנדון: כירורגיית ילדים – חוו"ד לרכישת מוניטורים תוצרת פיליפס  
תכתובת מיום 15.4.12

במחלקה לכירורגיית ילדים מצויים 5 מוניטורים דגם MP-20 JUNIOR, תוצרת פיליפס, בעלי המס' הסד' הבאים:

DE72832929, DE72845927, DE72845929, DE72845938, DE72848862  
מוניטור אחד מצוי דרך קבע בחדר הטיפולים ואילו 4 מוניטורים משמשים לניטור החולים במחלקה ועבורם קיימת תחנת אחות.

במחלקה קיימים 2 מוניטורים ישנים מתוצרת SPACELABS שאחד הושבת והשני עומד בפני השבתה, מאחר ואינו כולל גיבוי מהיצרן בחלפים.

כתחליף לשני מוניטורים אלה, מבקשת גב' יעל מעוז, א.א. כירורגיית ילדים, בצדק, לרכוש שני מוניטורים שיחולצו לתחנה הקיימת.

מאחר ומדובר במע' ניטור מתוצרת PHILIPS, מחוייב להשלים את שני המוניטורים מיצרן זה, לדגם הקיים בפועל – MP-20.

רצ"ב הצעת מחיר מס' A1204609 אותה מומלץ לממש על כל מרכיביה (2 מוניטורים + 2 רשיונות לחיבור לתחנה הקיימת).

ניתן לראות את חב' פיליפס ונציגותה בארץ, ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך. למען הסר ספק, לא ניתן לחבר לתחנה קיימת מוניטור מיצרן חלופי זולת חב' פיליפס. על המוניטורים להיות זהים כדי לאפשר הפעלה אחידה ובטוחה.

יש לכלול תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים מיום הקליטה והשימוש בפועל.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: דר' דינה נוף  
גב' י. מעוז  
מר א. שלומוב