

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

קרון מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

הכיר _____
אציקור
818' ג'ט'ב
אחרימי הספק

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	ספק C
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	1707 - 510091884
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>X</u> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	13,500 \$
תקופת ההתקשרות	





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1 במאי 2012  
מספרנו: יש/2012-0156  
תיק: 1015

לכבוד  
מר אריה שלומוב  
כאן  
נכבדי,

הנדון: מח' ניתוחי לב –  
חוו"ד לרכישת מוניטור למע' תמיכה לחדרי הלב (לב מלאכותי)  
מתוצרת HEARTWARE

פנייתכם מיום 24.4.12

בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש מוניטור ייעודי וייחודי עבור מע' תמיכה לחדרי הלב (לב מלאכותי), זאת לנוכח העובדה כי פרופ' גיי לביא הבהיר שבכוונתו לבצע השתלה של שתי מערכות תמיכה בו-זמנית לחדר השמאלי ולחדר הימני בחולה יחיד הזקוק לכך.

המוניטור מאפשר ויסות ה-FLOW ולחץ המשאבה ומתעד ברציפות את האירועים בעת הניתוח ובתקופת ההחלמה שלאחריו ביח' לטיפול נמרץ.

בנוסף, משמש המוניטור לביקורת תקופתית של תקינות המערכות המושתלות. נדרש מוניטור לכל מע' תמיכה, בעת הניתוח ובתקופת ההחלמה ב-ט.נ.

מומלץ לממש הרכישה בהתאם להצעת המחיר חבי לבנט הרצ"ב.

מדובר כאמור במוניטור ייעודי וייחודי של יצרן מערכות התמיכה לחדרי הלב. למען הסר ספק, לא ניתן לרכוש המוניטור מיצרן חלופי כלשהו.

הרכישה תכלול תקופת אחריות של 24 חודשים מיום הקליטה והשימוש בפועל וכן ספרי שרות והפעלה.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתק: דר' דינה נוף