







אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מומינה :	ר. גילי	מסי ועדה :	42865
מחות חתימה :	ברמסא נוסטאלמיה	INFINIA	
סכום החלישה מטבע ספק :	₪ 139,200	עדד נשקלים :	
ספק פוטנציאלי :	א.י.י. א.פ.ג.		

הוועדה התכנסה בתאריך 28/5/24 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים :	
רמי תנעמי	
חתימת המאשר :	
רמי תנעמי	
חתימת המאשר :	
עו"ד רוט פרי	
חתימת המאשר :	
שמואל עמר	

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

14 במאי 2012

סימון: 05-05

לכבוד
וועדת רכישות
מאן


אדוניים נכבדים,

הודון: החלפת (רכישת שפופרת) עבור מצלמה INFINIA HW

במחלקת רפואה גרעינית מותקנת מכונת INFINIA HW, מס"ד: 00019 של חב' G.E, סוכן: G.E,
הכוללת שפופרת שהגנה בלתי נפרדת מהמערכת מ- 19.01.06.

בתאריך 10.05.12 לאחר בדיקת התקלה ע"י אנשי שירות התברר שהשפופרת רנטגן התקלקלה.
במקומה ממליץ לרכוש ולהתקין שפופרת חדשה.

היות ושפופרת זו הנה חלק אינטגרלי מהמערכת, יש לראות בה השלמה למערכת הקיימת וחב' G.E.
ספק יחיד לשפופרת מקורית של חב' G.E של מקרה זה.

בברכה,

שמרית מזדקאט
ראש צוות מכשור רנטגן
מהנדס מכשור רפואי