






אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מומינה :	<u>2018</u>	מסי ועדה :	<u>12864</u>
מחות הרכישה :	<u>צ'קן ג'ורג'יאני</u>	<u>SIREMABIL COMPACT</u>	
סכום הרכישה מטבע ספק :	<u>1,114,996</u>	ערך נשקלים :	
ספק פוטנצינאלי :	<u>ג'ני ג'ורג'יאני</u>		

הוועדה התמכסה בתאריך 28/12 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באחר האוניברסיט לקבלת השנות על פי תקנה 3 (29)

		
שמעון איזמן	עילי רותם	רונן תנען
		מרכז ארזא
		מרכז תנען

חתימת המאשרים :

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

14 במאי 2012

סימנטיק: 03-05

לכבוד
וועדת רכישות
באג

הודון: תיקון ניידת שיקוף של חדר נתוח

הניידת של ח.ג. שבנדון מדגם SIREMOBIL COMPACT בעלת מסי טבוע 11097, תוצרת SIEMENS (סוכן: חב' NOVO MEDICAL בעלת ותק של 14 שנים התקלקלה. מבדיקה התברר שלא ניתן לשמור בזכרון את מחלד הבדיקה, תקלה המחייבת החלפת כל מערכת ה- MEMOSCOP C SU – ב UNIT עצמו.

חיות והפריט הנו יחודי למערכת הקיימת, יש לראות בחב' NOVA MEDICAL ספק יחיד למקרה זה. התקלה מסוג זה משביתה את פעולת הניידת חדר נתוח.

בברכה,


שלימה מונסיאנו

מתנדס מכשור רפואי