

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

_____ X מדינת ישראל קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

| |
|---------------------------|
| |
| |
| מסורים נטענים לפתיחת החזה |
| |
| |
| |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? X כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ X טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

| | |
|-------------------------|---------------|
| א.מ.י טכנולוגיות | |
| | |
| _____ <u>X</u> ספק יחיד | _____ ספק חוץ |
| 150,000 ש"ח | |
| | |

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

מצ"ב חוות דעת ד"ר יורם שדמי מנהל הנדסה רפואית.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.
 חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

פנינה הרה

פקידת רכש

תפקיד פעל הסמכות המקצועית

חתימה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

11 ביוני 2012
מספרנו: יש/2012-0208
תיק: 1015, 1141

לכבוד
ד"ר דינה נוף
מר אריה שלומוב
כאן

נכבדי,

הנדון: ח.נ. לב מבוגרים –
חוו"ד לרכישת מערכת מסורים נטענים לפתיחת חזה (Sternum Saws)

תכתובת מיום 15.8.2012

1. בחדר ניתוח לב מבוגרים קיימת כמות של 7 יח' מדגם 4207.
כמות של 4 יח' מצויה בתיקון.
בבדיקת הסיבות לתקלות נמסר מחבי STRYKER יצרן המכשירים כי מדובר בבלאי ובטמפי עיקור גבוהה (דגם 4207 מצוי בשימוש 7-8 שנים).
 2. עקב המחסור ב-ח.נ. מרכזי, הועברה כמות של 4 יח' מחדר ניתוח לב ילדים, בו קיימת כמות של 8 יח' מדגם 6207, שהינו הדגם האחרון של היצרן.
 3. מדובר, איפוא, במערכת תוצרת STRYKER הפועלת לשביעות רצון מלאה של המשתמשים (מע' מתוצרת AESCULAP שנבדקה נמצאה שאינה מתאימה לשימוש בחדרי הניתוח בהיבטים הבאים: עוצמת חיתוך, גודל מסורים, נוחות וקלות השימוש).
 3. על מנת להשלים כמות המסורים הנדרשת עקב היקף פעילות של כ-700 ניתוחים לשנה (היקף הפעילות בלב ילדים הינו כ-220 ניתוחים לשנה), הוחלט על רכישת כמות של 2 יח' מיידית.
מומלץ, איפוא, לממש רכישת הפריטים הבאים:
- א. ידית הנעה STERNUM SAW לפתיחת סטרנום, בכמות 2 יח', מק"ט יצרן 6207000000.
- ב. מגן מסור בכמות 2 יח', מק"ט יצרן 4107008000.
- ג. סוללה נטענת קטנה בכמות 2 יח', מק"ט יצרן 6212000000.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

לנוכח הנ"ל ניתן לראות בחב' STRYKER ונציגותה המקומית חב' אמי טכנולוגיות, ספק בלעדי לרכישה וזו על כל המשתמע מכך.

הצעת המחיר למימוש ברשותכם.

ה ב ה ר ו ת

א. הועברו הנחיות היצרן STRYKER לעיקור המיכשור לאספקה סטרילית (מח' שע"מ), כדי שתהיה הקפדה על הליך העיקור למניעת תקלות מיותרות.

ב. לנוכח מכתבי-חב' אמי טכנולוגיות, ארבעת המסורים התקולים לא יתוקנו עקב עלות גבוהה ואורך חיים מוגבל של עד חצי שנה.

ג. אחריות 24 חודשים כמקובל במוסד.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין

העתקים : פרופ' א. רענני
גב' פ. הרה