

**המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות (הרפואה)
יחידה מזמינה:	נ"מ
תאריך:	3/06/19

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095082673	VP8 BT18 INCL VOLUSON CARE

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
	עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין      \_\_\_\_\_ שירותים      \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

אלדן	<b>שם הספק:</b>
510848690	<b>מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה</b>
1148	<b>מספר ספק בשיבא</b>
_____ ספק חוץ	<b>ספק זה הינו:</b> _____ √ _____ ספק יחיד
\$33,500 + מע"מ	<b>אומדן / שווי ההתקשרות:</b>
24 חודשים	<b>תקופת ההתקשרות</b>





המרכז הרפואי שיבא  
תל השומר

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

12 בדצמבר 2018  
מספרנו: יש/0575-2018  
תיק: 3-1125-5, 7015-5

לכבוד  
גבי לירון דניאלי-פור  
כ.א.ן

נכבדתי,

הנדון: מט"מ/מ/היסטרוסקופיה – חו"ד לרכישת אולטראסאונד

דוא"ל פרופ' וייס מיום 12.12.18

1. בהמשך לסימוכין אכן נדרשת רכישת מכשיר אולטראסאונד לאפליקציה גניקולוגית עבור חדר בדיקה היסטרוסקופיות במט"מ.
2. מדובר באפליקציה גניקולוגית של אולטראסאונד.  
כל מכשור האולטראסאונד בגניקולוגיה מבוסס על תוצרת GE לשביעות רצון המשתמשים.  
משתמשי המכשור כולם הינם אנשי גניקולוגיה כך שיש חשיבות עליונה לשימוש בדגם המוכר למשתמשים. ברוח זו ניתנה התייחסותו של פרופ' מאירוב בסימוכין.  
מאחר ובפועל קיים דגם VOLUSON P8, על מנת לשמור על אחידות המכשור וכדי למנוע טעויות בהפעלה, יש לרכוש מכשיר מדגם זהה, מצב שיאפשר בין היתר העברת מתמרים וגיבוי הדדי בעת הצורך.  
בבירור עם פרופ' וייס הובהר כי למכשיר נדרש מתמר בטני דו מימדי ומתמר וגינלי תלת-מימדי.  
רצ"ב הצעת תבי אלדן לרכישת הדגם הנ"ל הכולל את המתמרים בהתאם לבקשת פרופ' וייס.  
יש לממש הרכישה בהתאם להצעת המחיר על כל מרכיביה.  
בהתאם לני"ל ניתן לראות את היצרן GE ספק בלעדי לרכישה, זאת על מנת לשמור על אחידות המכשור בתחום ההדמיה העל-קולית בגניקולוגיה.  
הבהרה: תינתן אחריות לתקופה של 5 שנים כולל מתמרים בהתאם לסיכום עם תבי אלדן למכשור בתחום הגניקולוגי.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: פרופ' בעז וייס  
ד"ר דינה אורקין  
ד"ר רועי משיח  
ד"ר דוד שטוקהיים  
ד"ר יורם שדמי  
גבי אביבה אשר