



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 192592

יחידה מזמינה: אקוקרדיולוגיה - מרפאה

מהות הרכישה: שדרוג מערכת ארגונומטריה דגם SIEMENS ZAN 600

סכום הרכישה מטבע ספק: 79,590 ₪ כולל מע"מ.

ספק פוטנציאלי: אינטרנשויונל מדיקל טרייד אנד קוסאלטנס בע"מ


1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו 79590 ₪ כולל מע"מ
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של _____ חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של _____, באופן מצטבר.
3. הוועדה התכנסה בתאריך 9-7-19 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993


דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il


יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': **03-6974883**

חתימת המאשרים:


רו"ח שיריג בן זאב


שמואל עמר


עו"ד רועי אדרי


אשר מזרחי

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

04 ביוני 2019

סימוכין: 04-06

לכבוד
וועדת הרכישות
כאן

**הנדון: תיקון-שידרוג של מערכת מאמץ לב/ראות
יצרן SIEMENS במרפאת אקו-קרדיולוגיה**

במרפאת אקו-קרדיולוגיה ישנה מערכת מאמץ לב/ראות דגם 600, יצרן חבי ZAN
MEDICAL, סוכן חבי אינטרנשיונל מדיקל, מס"ד יצרן: 9000005, מס"ד בי"ח: 04401
נמצא בביה"ח מ-05-2009.

המכשיר התקלקל ולאחר בדיקה יש צורך בהחלפת יחידת אנלייזר הגזים.
היות וחברת אינטרנשיונל מדיקל הנה הנציגה הבלעדית בארץ של היצרן ZAN ורק לה יש את
ההרשאה המתאימה, את הידע המקצועי הדרוש ואת החלק שצריך להחליף- ממליץ לראות בה ספק
יחיד למקרה זה.

בברכה,
מנדי מנדלוביץ
מהנדס מחלקת הנדסה רפואית

9002500071
192592