

## אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 19010	יחידה מזמינה: מעבדה אנדוקרינית
מהות הרכישה: <u>ריאגנטים לביצוע בדיקות רמת הורמונים בסרום</u>	
סכום הרכישה מטבע ספק: <u>245,700 יורו כולל מע"מ.</u>	
ספק פוטנציאלי: <u>גאמידור</u>	

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 36 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 36 חודשים הינו 245,000 י"ח (כולל מע"מ)
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של \_\_\_\_\_ חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של \_\_\_\_\_, באופן מצטבר.
3. הוועדה התכנסה בתאריך 9-7-19 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

דוא"ל להגשת השגות: [tenders@tlvmc.gov.il](mailto:tenders@tlvmc.gov.il)

יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימת המאשרים:

  
רו"ח שירי בן זאב

שמואל עמר

עו"ד רועי אדרי

אשר מזרחי

ספק יחיד עבור מכשיר קובאס e411

1. חברת Roche היא היחידה שמייצרת מאבחנים העובדים בטכנולוגיה של ElectroChemiLuminescence (ECL) המספקים את כל הבדיקות המבוצעות במעבדה במכשיר זה כיום (כולל שתי בדיקות המצויות כרגע בשלב איסוף דגימות איסוף לקראת אבלואציה). טכנולוגיה זו מאפשרת זיהוי כמויות קטנות של הורמון.

שיטת ה ECL שונה משיטות כמילומינסצנטיות (אימונוכימיות) בכך שהיא כוללת שלבים בהם מופעל שדה מגנטי – המייעל את שלב השטיפה ולכן מעלה את רגישות הבדיקה, ושלב של הפעלת פוטנציאל חשמלי – המאפשר הגברה נקיה של הסיגנאל מה שמאפשר זיהוי כמויות קטנות של הורמון.

יתרונות הטכנולוגיה שייחודית למכשיר של ספק זה בהשוואה לאחרים באים לידי ביטוי בכך שה measuring range וה limit of detection טובים יותר בבדיקות המבוצעות בטכנולוגיית ECL (קובאס) בהשוואה לנתוני בדיקות אלו המבוצעים בשיטה של chemiluminescence במאבחנים המסופקים על ידי ספקים אחרים.

2. יציבות On-Board ארוכה של ריאגנטים -עד חודשיים מרגע פתיחת הקיט. יציבות זו מאפשרת לעשות שימוש בריאגנט לאחר פתיחתו למשך זמן רב מבלי שדיוק או איכות התוצאות נפגעת. כתוצאה מכך, המעבדה לא זורקת ריאגנטים שנפתחו לפני סיום כל הנוזל וביצוע כל הבדיקות הקיימות.

3. נתוני בקרת איכות היצרנית של CAP ושל EQAS מסכמים את נתוני האיכות המתקבלים מאלפי מעבדות בעולם. באופן קבוע, נתוני האיכות מלמדים שהבדיקות שמבצעות במעבדה האנדוקרינית בטכנולוגיית ECL על גבי מאבחן של חברת Roche הם: 1. המדויקים ביותר; 2. מספר המעבדות המבצעות את הבדיקות אותן מבצעת גם המעבדה האנדוקרינית בטכנולוגיה זו הוא הגדול ביותר.

4. חברת גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ היא הנציג הבלעדי של היצרן המיל (ROCHE) בארץ ולפיכך רק היא מסוגלת לספק את המתכלים והמכשיר המתאימים לביצוע בדיקות המעבדה.

לוי  
לוי