

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	קניאל
יחידה מזמינה:	גסטרו אנטרולוגיה
תאריך:	17.7.19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095079612	VIDEOCOLONOSCOPE PCF-H190L EVIS EXERA III

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	


האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	34,000 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2 ביולי 2019
מספרנו: יש/0254-2019
תיק: 6-1130, 3007

לכבוד
גב' גילי נעים
כאן
נכבדתי,

הנדון: גסטרו ילדים – חו"ד לרכישת וידאוסקופ תוצרת OLYMPUS

המכשיר שבנדון דגם PCF-160AL מס' סידורי 2111521, תוצרת OLYMPUS הוכרז כ-E.O.L ואינו ניתן לתיקון.

רצ"ב הצעת חב' מדטכניקה לרכישת מכשיר חדש דגם PCF-H190L תוצרת OLYMPUS.

כל המכשור שבשימוש המחלקה הינו מתוצרת OLYMPUS ויש להמשיך ולרכוש מיצרן זה לצורך שמירה על אחידות ציוד וגיבוי. לפיכך ניתן לראות היצרן באמצעות נציגתו ספק יחיד לרכישה זו.

למען חסר ספק לא ניתן לחבר וידאואנדוסקופ לסוגיו מיצרנים שונים.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים לפחות כמקובל במוסד.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתקים: דר' בתיה וייס
דר' יורם שדמי