

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הקראל
יחידה מזמינה:	726
תאריך:	23.7.19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095083069	STEREOS WORKING STATION INCL. HW & SW

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מסלים בדר	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	בסטק
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	514338664
מספר ספק בשיבא	83400
ספק זה הינו:	√ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	39,900 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



7/7/19

ד'תמוז/תשע"ט

לכבוד
ועדת מכרזים
כאן,

הנדון: נימוק ספק יחיד – רכש תחנת עבודה נוספת של המערכת לצילומי עמודי שדרה וצילומי ציר EOS

המרכז הרפואי "שיבא" רכש ברבעון שני של 2018 מערכת EOS, מדובר בטכנולוגיה חדשה המיוצרת ע"י חברה צרפתית בשם EOS ומיוצגת בארץ ע"י חברת BESTECH. המערכת מיועדת לצילומי עמוד שדרה בשאלה של עקמת בעיקר ולצילומי ציר למטופלים העתידים לעבור ניתוחים בגפיים. הייחודיות של המערכת באה לידי ביטוי בעיקר ברמת הקרינה הנמוכה הניתנת כדי להפיק צילומים אופטימליים וברזולוציה גבוהה, מדובר על חסכון של 80% ברמות הקרינה לנבדק. חשוב לציין שמרבית הנבדקים הם ילדים ונערים הסובלים מעקמת בגב ונדרש מעקב בצילומים אחר התפתחות החוליות וגדילתם. מדובר בבשורה חשובה של חסכון משמעותי בקרינה. פן נוסף של המערכת, גם הוא ייחודי, היכולת של המערכת לבצע מדידות של העצמות באופן מדויק, על הבסיס מדידות שהרנטגנאי מבצע על תחנת עבודה ייחודית של המערכת האורתופד מסתמך לצורך תכנון מהלך הניתוח שגם הוא מתבצע על תחנת עבודה של המערכת. במעמד הרכישה קיבלנו תחנת עבודה אחת בלבד (ster EOS), הדבר אינו עונה על הצרכים וקיים צורך מידי לתחנת עבודה נוספת. אבקש לראות בחברת BESTECH כספק יחיד לטובין המבוקש.

בברכה,
סלים בדר
רנטגנאי ראשי