

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	קכ"א
יחידה מזמינה:	מכון/סטרי
תאריך:	23.7.19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095083044	TJF-Q190V VIDEODUODENOSCOPE W/BS

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	


האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	39,700 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

10 ביולי 2019
מספרט: יש/0277-2019
תיק: 3007, 1130-6

לכבוד
גבי גילי נעים
2 א
נכבדתי,

הנדון: מכון גסטרו – חו"ד לרכישת וידאו-דאודוסקופ תוצרת OLYMPUS

המכשיר שבנדון דגם TJF-140R, מסי סידורי 291088, תוצרת OLYMPUS הוכרז כ-E.O.L ואינו ניתן לתיקון.

רצ"ב הצעת חבי מדטכניקה לרכישת מכשיר חדש דגם TJF-Q190V תוצרת OLYMPUS.

כל המכשור שבשימוש המחלקה הינו מתוצרת OLYMPUS ויש להמשיך ולרכוש מיצרן זה לצורך שמירה על אחידות ציוד וגיבוי. לפיכך ניתן לראות היצרן באמצעות נציגתו ספק יחיד לרכישה זו.

למען הסר ספק לא ניתן לחבר וידאו אנדוסקופ לסוגיו מיצרנים שונים.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים לפחות כמקובל במוסד.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתק: ד"ר יורם שדמי