

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	כפ ריאל
יחידה מזמינה:	חא סזי
תאריך:	2.7.19

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095070231	OLIMPIC BRAINZ MONITOR 3-CHANELS EEG-220V

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	


האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין      \_\_\_\_\_ שירותים      \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדליף
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	514605658
מספר ספק בשיבא	52900
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד      _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$25,800 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. **TEL. 972-3-5303388/3917**  
פקס. **FAX. 972-3-5303387**

25 ביוני 2019  
מספרנו: יש/0240-2019  
תיק: 4503

לכבוד  
גב' גילי נעים  
כאן

נכבדתי,

**הנדון: מח' פגים – חו"ד לרכישת BRAIN MONITOR**

דוא"ל מיום 17.6.19

בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 1 יח' (פריט 1 ברשימה)

מדובר במכשיר ייעודי לניטור מוחי של פגים מתוצרת OLYMPIC MEDICAL-NATUS המספק נתונים של EEG ו- real time EEG בניטור רציף באמצעות 3 ערוצי מדידה.

המכשיר נוח וידידותי למשתמש הקצה ומספק מידע חיוני על המצב הנוירולוגי של המטופל במיוחד במצבי היפותרמיה כולל תוכנות ייעודיות לפגים.

בשימוש מח' פגים שני מכשירים מתוצרת OLYMPIC:

דגם CFM-6000 משנת 2006 – משך פעילותו מוגבל עקב בלאי טבעי

דגם OBM – משנת 2014

הדגם העדכני של חבי OLYMPIC הינו BRAINS והוא מומלץ לרכישה. האלקטרודות זרות בכל שלושת הדגמים הקיימים, כך שמהיבט תפעולי קיימת אינטגרציה מושלמת.

רצ"ב מכתב דר' מזכרת המבהיר כי יש לראות את חבי OLYMPIC ספק בלעדי לניטור מוחי ולהתייחס ליצרן ולנציגותו המקומית כספק בלעדי על כל המשתמע מכך.

רצ"ב הצעת חבי מדלייף מס' PQ19000631 הכוללת:

- מכשיר הכולל: מוניטור בעל מסך "15, מעמד רצפתי נייד, קיט הפעלה לחיבור למטופל ואבירים לחיבור לרשת החשמל)


- שני רישיונות

- תוכנת פענוח ייעודית לפגים

יש לממש הצעת המחיר במלואה.

תינתן ספרות הפעלה ושרות.

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. **TEL. 972-3-5303388/3917**  
פקס. **FAX. 972-3-5303387**

2

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים המתחייבים בהתאם להנחיות יצרן.

הבחרה: ביולי 2017 הוצאה תווי"ד יש/0297-2017 שאין כל מידע לגבי המימוש.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתקים: ד"ר ציפי שטראוס  
ד"ר רם מזכרת  
ד"ר יורם שדמי  
גבי קרן מקדש