



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 19008	יחידה מזמינה: המעבדה המרכזית
	מהות הרכישה: עסקת ריאגנטים למכשיר G 8 TOSOH
	סכום הרכישה מטבע ספק: 32,760 יורו כולל מע"מ.
	ספק פוטנציאלי: מדטכניקה בע"מ

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו 32760 י"י (כולל מע"מ).
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של 94 חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של 65920 י"י, באופן מצטבר.
3. הוועדה התכנסה בתאריך 6-8-19 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il
יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימת המאשרים:

רו"ח שירי בן זאב

שמואל עמר

עו"ד רועי אדרי

אשר מזרחי 14.8.19

תאריך: 30 אפריל 2019

לכבוד
וועדת המכרזים
כאן

הנדון: חוות דעת מקצועית להתקשרות עם ספק יחיד

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1

אנו מבקשים לרכוש ריאגנטים ומכשיר מחברת מדטכניקה לביצוע בדיקות המוגלובין מסוכרר ואלקטרופורזה של המוגלובין המבוצעות באמצעות מכשיר מדגם AUTOMATED ANALYSER G8LA SL290, תוצרת חברת TOSOH המיוצגת בארץ ע"י חברת מדטכניקה בע"מ.

המדובר במערכת חיונית לעבודת ביה"ח, בעלת יתרונות ייחודיים כפי שיפורטו להלן, כאשר חברת מדטכניקה בע"מ היא הנציגה הבלעדית של היצרן: חברת TOSOH. ככל הידוע, רק לחברת מדטכניקה בע"מ היכולת לאספקת המכשיר והריאגנטים ורק לה היכולת המקצועית של מתן שירותי תחזוקה שוטפת, טיפולים תקופתיים, טיפולים מניעתיים וטיפול חירום למערכת, בהיותה הנציגה הבלעדית של היצרן ובהיותה בעלת ידע מקצועי מוסמך ורחב וחלקי חילוף זמינים ומקוריים. לפיכך, הריני מבקשת לראות בה כספק יחיד.

זה המכשיר היחיד שעונה על הדרישות במעבדה שלנו

- למכשיר יכולת טעינה של 290 דגימות בו זמנית למגש הטענה וביצועם ללא התערבות המפעיל (Walkaway system for 290 samples).
- למכשיר יכולת חיבור לאוטומציה ללא ביטול מגש הטענה קדמי- שמהווה יכולת עבודה מול ליינ ומגש הטענה בו זמנית ללא תלות באוטומציה.
- למכשיר יכולת זיהוי וריאנטים, כולל וריאנט PETACH TIKVA אשר יתריע עליו בפירוש.
- למכשיר יכולת עבודה בשני המצבים הנדרשים - VARIANT ו- THALASSEMIA תוך החלפה בין המצבים שלא עולה על 10 דקות.

בברכה,

ד"ר אילנה גולדינר

