

מרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

חבריות	
מספר ת"ק	
2815/19	

קדן מחקרים \_\_\_\_\_ מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29) לתקנות חובת המכרזים ועל חוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

רכישת סטים לשאיבת הלב יומיים. משמע תוקפם ל-24 שעות. מיועדים לשאיבות חוזרות במשך יממה אחת בלבד. הסטים לשימוש במשאבות של חברת מדלה בלבד.

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג החתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שירותים \_\_\_\_\_ טובין  ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

במקס	
5105/2841 - 1290	
ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/>	ספק חוץ _____

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הסובין הם טובי הון  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חף).

3. נימוקים והערות נוספות.

בארץ קימות שתי חברות למיטב ידיעתי, חמייבאות סטיס חד פעמיים או יומיים לשאיבת חלב . חברת בפקס ומדיגל. בפגישה שנערכה עם גב. דורית גולן מחברת מדיגל והתכתבויות מייל, לא הועברו אלינו האישורים המתאימים ממשרד הבריאות ותו חתקן למוצר הבא במגע עם מזון. פרט לכך בפגישה חיו סתירות בדבר הוראות השימוש שלא ניתנו לנו בכתב. בשל כל זה בחרתי שלא להשתמש במוצר של חברת מדיגל. חברת בפקס מייבאת את מוצרי מדלה עמה יש לנו ניסיון רב שנים כולל משאבות החלב, שירות אמין ותקשורת טובה. הסטיס לשאיבת חלב של חברת מדלה עומדים בדרישות אותם הגדרנו. בשל כך אני ממליצה לרכוש את הסטיס היומיים מחברת בפקס -מדלה לכל המעוניין, שמורה עמי ההתכתבות עם חברת מדיגל .

אור הנימוקים שמויתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בחליף פטור ממכרו.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי חסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

איריס גורן	אחות ויועצת הנקה מורשית, אחראית ומתאמת מערך ההנקה בשיבא	איריס גורן
------------	---	------------