

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	קניאל
יחידה מזמינה:	קל נ/ח'
תאריך:	23.7.19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059168	PUMP SYRINGE-ASENA GH IV80023UN01-G

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי


האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	בקטלאב דיאגנוסטיקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511563744
מספר ספק בשיבא	1291
ספק זה הינו:	√ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$40,500 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. **TEL. 972-3-5303388/3917**
פקס. **FAX. 972-3-5303387**

10 ביולי 2019
מספרנו: יש/0275-2019
תיק: 5012-1, 1111-12

לכבוד
גב' גילי נעים
כ.א.ן

נכבדתי,

הנדון: שבץ מוחי – חו"ד לרכישת משאבות מזרק

דוא"ל מיום 9.7.19

בהמשך לסימוכין אושרה רכישת המכשור הנדון בכמות 30 יח'.

משאבות המזרק הנפוצות ביותר בבית חולים הינן מדגם GH GR תוצרת ALARIS.

דגם זה מספק מענה לדרישות העירוי הן מצד ניהול סיכונים והן מצד הנהלת הסיעוד.

ככדי לשמור על אחידות ציוד מטעמי בטיחות חולה ועל מנת לאפשר המשך עבודה סדירה במחלקות השונות, יש לרכוש את הכמות הנדרשת מדגם GH GR תוצרת ALARIS, המיוצגת ע"י חב' BD ישראל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: ד"ר דוד אוריון
ד"ר יורם שדמי
גב' אורנה רחמינוב
גב' אינה אוסטרוביץ