

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

| | |
|---------------|----------|
| משרד: | קראל |
| יחידה מזמינה: | פלף נח"י |
| תאריך: | 23.7.19 |

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

| מס' | מק"ט | תיאור פריט |
|-----|------------|-------------------------------------|
| 1 | 1095057915 | + PUMP VOLUMETRIC INFUSION-ASENA GP |
| | | |


| תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה) | |
|--|--------------------------|
| | עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי |
| | |
| | |
| | |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר: _____ כן _____ לא _____
סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| שם הספק: | בקטלאב דיאגנוסטיקה |
| מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה | 511563744 |
| מספר ספק בשיבא | 1291 |
| ספק זה הינו: | _____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____ |
| אומדן / שווי ההתקשרות: | \$52,000 + מע"מ |
| תקופת ההתקשרות | 24 חודשים |

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

10 ביולי 2019
מספרנו: יש/2019-0274
תיק: 1-1111, 1-5012

לכבוד
גבי גילי נעים
כאן

נכבדתי,

הנדון: שבץ מוחי – חו"ד לרכישת משאבות עירוי נפחיות

דוא"ל מיום 9.7.19

בהמשך לסימוכין אושרה רכישת המכשור שבנדון בכמות 40 יח'.

משאבות עירוי נפחיות הנפוצות ביותר בבית החולים הינן מדגם GP/GP PLUS תוצרת ALARIS.

דגם זה מספק מענה לדרישות העירוי הן מצד ניהול סיכונים והן מצד הנהלת הסיעוד.

בכדי לשמור על אחידות ציוד מטעמי בטיחות חולה ועל מנת לאפשר המשך עבודה סדירה במחלקות השונות, יש לרכוש את הכמות הנדרשת מדגם GP PLUS תוצרת ALARIS, המיוצגת ע"י חברת BD ישראל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: ד"ר דוד אוריון
ד"ר יורם שדמי
גבי אורנה רחמינוב
גבי אינה אוסטרוביץ