

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(מרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא)
יחידה מזמינה:	אגף ריסוק
תאריך:	16/06/19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095059168	PUMP SYRINGE-ASENA GH IV80023UN01-G
1	1095057915	+ PUMP VOLUMETRIC INFUSION-ASENA GP


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר אמונץ-שושן	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	בקטלאב דיאגנוסטיקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511563744
מספר ספק בשיבא	1291
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$141,200 + מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

29 במאי 2019
מספרנו: עש/2019-0210
תיק: 1111

לכבוד
גבי אורנה רחמינוב
כ.א.ן

הנדון: הצטיינות 2019 - חו"ד לרכישת מכשור עירוני
תכניות הצטיינות 2019 – אגף הסייעוד

1. בהמשך לסימוכין נדרשת רכישת מכשור עירוני מסוג משאבות נפח בכמות של 65 יחידות ומשאבות מזרק בכמות של 42 יחידות.
2. משאבות העירוני הנפוצות ביותר בבית החולים, נפח ומזרק בהתאמה, הן מדגם GP/GP PLUS ו-GH GR תוצרת ALARIS. דגם זה נמצא בשימוש נרחב בבית החולים בכמות של כ-400 יחידות.
3. הדגמים המוזכרים לעיל נותנים מענה לדרישות העירוני הן מצד ניהול סיכונים והן מצד הנחלת הסייעוד. בנוסף, צוותי בית החולים עוברים באופן רציף הדרכות נרחבות במטרה לייצר שימוש נכון ובטיחות בכל בית החולים ללא תלות במחלקה הספציפית או משתמש/מיקום.
4. בכדי לשמור על אחידות ציוד מטעמי בטיחות חולה ועל מנת לאפשר המשך עבודה סדירה במחלקות השונות, יש לרכוש את הכמות המלאה הנדרשת של 65 משאבות נפח מדגם GP PLUS ו-42 משאבות מזרק מדגם GH GR תוצרת ALARIS המיוצגת באמצעות חבי BD ישראל.
5. מומלץ לממש הצעת מחיר 419000209 של חברת BD. יש לממש סעיף 1 בכמות של 65 יחידות וסעיף 2 בכמות של 42 יחידות.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל, תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים או בדיקות תקופתיות בהתאם לדרישות יצרן.

יש להעביר חוות הדעת למימוש למח' הרכש.

בברכה

ענבר אמונץ-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: דר' שדמי יורם
גבי מושקוביץ ענת
גבי הורוביץ אורית
גבי אוליאל גנץ-גלית
מח' הרכש