

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	פקטוראל
יחידה מזמינה:	מכון אולפא
תאריך:	8.7.19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
4	1095082863	SUPER HIGH BRIGHTNESS FHD SURGICAL MONITOR "27
3	1095077657	IMAGE 1 H3-Z SPIES THREE-CHIP FULL HD CAMERA HEAD
2	1095077640	IMAGE1 H3-LINK MODULE FOR USE WITH IMAGE 1 FULL HD
1	1095077590	IMAGE 1 CONNECT MODULE FOR USE WITH UP TO 3 LINK MODULES
5	1095067732	COLD LIGHT FONTAIN XENON 175 WITH INTEGRATED KARL STORZ SCB
7	1040016883	MONITOR HOLDING ARM HEIGHT ADJUSTABLE INCLINABLE MOUNTABLE O
6	1040011066	EQUIPMENT CART LC

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא


סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שם בעל הסמכות המקצועית

תפקיד בעל הסמכות המקצועית

חתימה

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2 ביולי 2019
מספרנו: יש/2019-0256
תיק: 1006, 1130-6

ד ח ו ן

לכבוד
גב' גילי נעים
כ א נ

נכבדתי,

הנדון: מכון אורולוגי – חו"ד לרכישת מע' אנדוסקופית לציטוסקופיה

דוא"ל פרופ' רמון מיום 1.5.19
דוא"ל פרופ' רמון מיום 23.5.19
דוא"ל חבי שניטל מיום 2.7.19

בעקבות סימוכין א'+ב' ולאחר בדיקה של כל מרכיבי המערכת האנדוסקופית לציטוסקופיה, נדרש להחליף מצלמה, ספק כח, מסך, מקור אור ועגלה על כל מרכיביה.

מדובר במערכת קיימת מיום 14.6.1999.

החלפת מצלמה בלבד לאחר שהמקורית כשלה לא הניבה תוצאות רצויות (בעיית תמונה במסך) ורק לאחר שהוצגה בפני פרופ' רמון מע' חלופית מושלמת ניתן אישורו לתקינותה בהתאמה לנדרש.

פנייה לחבי שניטל לקבלת מענה למערכת מתוצרת R. WOLF נענתה כי אין ליצרן אפשרות לתת מענה ולפיכך לא תגיש הצעתה (סימוכין ג').

לנוכח הצורך הדחוף במתן פתרון למכון האורולוגי רצ"ב הצעת חבי STORZ באמצעות חבי ברסלויער אותה יש לממש לאחר שאושרה כאמור ע"י פרופ' רמון.

לנוכח התייחסות חבי שניטל שבסימוכין ג' ניתן לראות את חבי STORZ ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

לנוכח המסר של פרופ' רמון נא לטפל בהזמנה בלוח הזמנים הקצר ביותר שניתן.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם לחנחיות יצרן.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתקים: פרופ' י. רמון
ד"ר י. שדמי