

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	פקדון
יחידה מזמינה:	1310 / 1111
תאריך:	21.8.19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1095083135	INTELLIVUE MICROSTREAM EXTENSION
2	1095083127	INTELLIVUE MMX
1	1095076774	INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

13 באוגוסט 2019
מספרנו: יש/2019-0323
תיק: 1120, 3002

לכבוד
גב' גילי נעים
כ.א.ן

נכבדתי,

הנדון: ילדים דרום/יח' כוויות – חו"ד לרכישת מוניטור

דוא"ל דר' מיכל שטרן-צימר מיום 5.8.19

בהתאם לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 2 יח'.

הפרמטרים הפיזיולוגיים הנדרשים:

ECG (5 leads), HR, SpO2, x2IBP, Temp. ETCO2

כל 16 המוניטורים במחלקה מתוצרת PHILIPS כולל שתי תחנות מרכזיות דגם INTELLVUE, לפיכך התוספת המבוקשת תהיה מדגם זהה לקיים. על מנת לשמור על אחידות האביזרים, אופן ההפעלה וקורלציה מלאה עם מערכת הניטור המשמשת את מחלקת ילדים דרום.

המוניטורים מיועדים להתקנה בחדר טיפולי כוויות ובי"חדר התאוששות" לאחר הטיפול.

זרועות לתליית המוניטורים קיימים בפועל.

רצ"ב הצעת מחיר של נציגת היצרן בארץ חבי מדטכניקה אותה יש לממש בכמות 2 יח' (ולא כפי שרשום) לכל הפריטים הרשומים.

אחריות 24 חודשים כמקובל הכוללת טיפולים תקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

יש לראות ביצרן פיליפס ספק בלעדי בהשלמה הנדרשת למע' הניטור הקיימת על כל המשתמע מכך.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתקים: דר' אסף ויונטה
דר' מיכל שטרן-צימר
דר' יורם שדמי
מר דוד בכר