

66-2019

ועדת המכרזים ליחידות גזברות אזורית תל אביב

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	המעבדה המרכזית לנגיפים
תאריך:	25.08.19

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

קיטים Viral Load המשמשים לבדיקת עומס נגיפי של נגיף ה- HIV-1. זו השיטה הטובה ביותר כפי שנמצא בוולידציה שנערכה במעבדה. בשיטה זו נעשה שימוש בקיטים HIV-1 Viral Load של חברת ספייד ובמכשיר GeneExpert. רק הקיטים הללו מתאימים לשימוש במכשיר הנידון. הספק הבלעדי בארץ לקיטים הללו הינה חברת מדיסון. אנחנו משתמשים במערכת זו כבר 3 שנים בהצלחה מרובה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

X טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדיסון
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	511900391
ספק זה הינו:	X ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	600,000 ₪ כולל מע"מ לשנה

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
לאחר חיפוש באינטרנט ובדיקת ספקים נוספים, נבחנה השיטה בולידציה והוכחה כשיטת בדיקה היעילה והטובה ביותר.
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
אין ספק נוסף לשיטה שהוזכרה לעיל.
3. נימוקים והערות נוספות.

המעבדה בחרה בקיטים HIV VIRAL LOAD של מערכת GENEXPERT לביצוע בדיקות אלה לאחר תהליך ארוך של השוואה לשיטות אחרות. נמצא ש:	
1.	משך בצוע הבדיקה באמצעות מכשיר זה הוא כשעה וחצי לעומת 3 עד 6 שעות במכשירים אחרים.
2.	זמן הכנת החומר והכנסתו למכשיר מצריך כ- 2 דקות עבודה של עובד מעבדה לעומת שעה עד חמש שעות במכשירים אחרים
3.	במכשיר זה אין צורך בהפקת חומר גנטי
4.	העבודה מתבצעת במחסנית נפרדת לכל בדיקה דבר המפחית משמעותית את הסיכוי לטעות וזיהום בין בדיקות.
5.	ביצועי מערכת זו מצויינים וטובים יותר מהאחרים
6.	אישור לספק יחיד ניתן ב 2018, אנו מעוניינים להמשיך את ההתקשרות עם הספק היחיד לעוד שלוש שנים.

בכבוד רב,

	מנהלת המעבדה לוירולוגיה קלינית	ד"ר ארנה מור
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית