

אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 192599

יחידה מזמינה: אגף מחשב

מהות הרכישה: מסכים דיאגנוסטיים

סכום הרכישה מטבע ספק: 89,505 יורו כולל מע"מ.

ספק פוטנציאלי: ארדון ציוד רפואי בע"מ

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 36 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 36 חודשים הינו 89505 יורו כולל מע"מ
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של _____ חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של _____, באופן מצטבר.
3. הוועדה התכנסה בתאריך 19.08 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il

יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימת המאשרים:


רו"ח שירי בן זאב


שמואל עמר


עו"ד רועי אדרי


אשר מזרחי

Computer Unit

אגף מחשב ומערכות מידע

לכ' **וועדת מכרזים**
כאן

יוני 2019

שלום,

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ
COR C F 4MP 30" דגם קורוניס ברקו, דגם קורוניס

הבקשה מסתמכת על תקנה (3) 31 / (3) 29 לתקנת חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2

- עד כמה שידוע לא קיים בנושא זה מכרז מרכזי של חשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר
- שם ספק - Ardon
- ספק יחיד
- תקופת התקשרות 3 שנים
- המאמצים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים בישראל הכוללים חיפוש באינטרנט זיהו שאין ספקים חוץ חברת ארדון

הנמוקים הבאים הינם מפרטים את התרשמות הצוות ומבוססים על היבטים טכניים בלבד:

- מסך ברקו Coronis Fusion 4M משלב מספר תכונות ייעודיות אשר מבדלות אותו בקטגוריית מסכי רדיולוגיה אבחנתיים:
- תכונת PPU-LED – Per Pixel Uniformity, טכנולוגיה שכבתית המשמשת לווידוא אחידות ברמת PIXEL
- עוצמת תאורה מקסימאלית של 1050 cd/m^2 ועוצמת עבודה סטנדרטית אליה מכויל ה DICOM של 600 cd/m^2 מאפשרים רמת אבחנה גבוהה מאד.
- סט כלים מובנה המאפשר לרדיולוג הגברת תפוקת ומקסום יכולות ותכונות המסך לצורך אבחון מהיר יותר במקרים גבוליים. לדוגמא: VIEW SPOT כלי המאפשר הגברת עוצמת התאורה ב שדה עניין תוך ניצול מקסימום התאורה באותו שדה ועמעום התאורה מסביב לשדה העניין, יצירת מסך וירטואלי על גבי המסך האבחנתי, בהעדר מסך ניהול לחסכון במקום פיזי ועוד.
- צריכת אנרגיה נמוכה יחסית 100W בעוצמת תאורה של 600 cd/m^2 ו 64W בעוצמת תאורה של 400 cd/m^2 מבטיחים שמירה על אורך החיים של המסך לתקופות ארוכות מאחר ומונעת עבודתו בטמפרטורות גבוהות.
- הגנת זכויות חיצונית מובנית נגד שריתות ונזקים חיצוניים.

לאור הנימוקים מניתי ליעיל אנו מבקשים לערוך התקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זה ניתנת מתוקף היותי הסמכות מקצועית לנושא זה.

בברכה,

ראובן טרדימן,
אגף מחשב ומערכות מידע