

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הקרנאל
יחידה מזמינה:	פס יטאטריה / יהלופ
תאריך:	19.9.19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095033585	מכשיר ECT דגם SPECTRUM 5000Q
5	1040017188	MECTA EMR STANDALONE INCLUDING EMR MANUAL
4	1040003832	OPTICAL MOTION SENSOR 5000
3	1040003824	זוג כפות קשיחות עם לחצן ל-ECT
2	1040003816	ADDITIONAL MONITORING CHANNEL


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר אמונץ-שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	ארדון
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510468051



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

16 בספטמבר 2019
מספרנו: עש/2019-0366
תיק: 5-1132, 6005

לכבוד
גבי גאולה נעים
כאן

הנדון: פסיכיאטריה/יח' לנזעי חשמל –

חו"ד לרכישת Electroconvulsive Therapy (ECT)

תכתובת מיום 04.08.19

אישור מערכות מידע מיום 15.09.19

1. בעקבות תקלה במכשיר ECT מדגם 5000Q תוצרת MECTA הנמצא בשימוש בביה"ח כ-20 שנה, נדרשת רכישת המכשיר שבנדון בכמות של 1 יח. עלות תיקון המכשיר איננה וודאית ובשל גיל המכשיר ומצבו, חוסר הוודאות משמעותו חוסר כדאיות כלכלית לתיקון.
 2. מדובר במכשור דו ערוצי המספק פולסים חשמליים לטיפול בסימפטומים פסיכיאטריים. המכשור כולל בקרת תדר ותדירות וניטור EEG ו-ECG. המערכת כוללת תוכנה לאחסון וניתוח נתוני טיפול (תכנית טיפולים ואגירת נתוני ניטור).
 3. מומלץ לממש הצעת מחיר 19001106 של חב' ארדון לרכישת דגם 5000Q תוצרת MECTA. יש לממש ההצעה במלואה. דגם 5000Q הינו הדגם היחיד המשוק בארץ והינו בעל אישורי הרגולציה הנדרשים. ראה מכתב חברת בפקס מיום 07.08.19. בהתאם לכך, ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.
 4. סעיף תקציבי בהתאם לסימוכין.
 5. במועד הקליטה יש לוודא השבתת המערכת התקולה.
 6. באחריות המחלקה לפעול מול מערכות מידע לאספקת מחשב מחובר לרשת לשם שימוש בתוכנה והעברת נתונים לתיק חולה.
- על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כמקובל.

ניתן תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,
ענבר אמוני-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעות מחיר

העתקים: פרופ' אמיתי זיו
ד"ר עמיעז רויטל
ד"ר שדמי יורם
גבי לריסה קנורוב