

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הקרן
יחידה מזמינה:	אלברט
תאריך:	6.11.19

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095082673	VP8 BT18 INCL VOLUSON CARE

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	


האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	אלדן
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510848690
מספר ספק בשיבא	1148
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד    _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$25,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

4 בנובמבר 2019  
מספרנו: יש/0406-2019  
תיק: 3-1125, 4001

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' רכש  
נכבדתי,

הנדון: ילדות א' – חו"ד לרכישת אולטראסאונד

דוא"ל מיום 4.11.19

בהמשך לסימוכין (פריט 3 ברשימה) נדרש מכשיר אולטראסאונד באפליקציה גניקולוגית כדי לתת מענה לחדר  
טיפולים במחלקה, בכמות 1 יח'.

הדגם העכשווי העונה לנדרש הינו דגם VOLUSON P8 BT18 המאפשר מתן הדמיה גניקולוגית ודופלר באיכות  
גבוהה אשר כולל את המרכיבים העיקריים הבאים:

- מכשיר הכולל מסך שטוח בגודל 17" מסוג LED ברזולוציה גבוהה 1280x1024 pixels יכולת מיקום בו-זמנית של 3 מתמרים מעי הפעלה מסוג WIN-10 כונן מסוג DVD+R/CD-R בקיבולת 500GB מודי הפעלה כולל:
- ANATOMICAL M-MODE (2D) עבור MOTION ועבור
- דופלר מסוג PW (Pulse Wave),
- CFM
- PD
- HD FLOW
- Automatic Tissue Optimization
- Auto TCG
- דושה+מדפסת ש/ל

הבהרה: BT-18 משמעותו תוכנת הפעלה WIN-10 + אבטחת מידע (Advanced Security Package)

מאפיינים רלבנטיים של המכשיר:

- טכנולוגיית CrossBeam (CRI) – יכולת שיפור רזולוציה באמצעות עיבוד טכנולוגי של כמות תמונות נוספות על אותם אובייקטים במנחים שונים המגדיל משמעותית את הרזולוציה.
- קומפקטיות, נוחות וקלות לשימוש ולניידות.
- כולל אבטחת מידע (Advanced Security Features)
- רצ"ב הצעת חב' אלדן הכוללת את החומרה והתוכנות כמפורט לעיל ובנוסף המתמרים הבאים:
- מתמר אבדומינלי (CONVEX) דגם 4C-RS בתחום תדרים 2-5MHz.
- מתמר וגנילי דגם IC9-RS בתחום תדרים 2.9-9.7MHz.



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

משתמשי המכשור הינם אנשי גינקולוגיה כך שיש חשיבות עליונה לשימוש בדגם המוכר למשתמשים.

יש לממש הצעת חבי אלדן על כל סעיפיה העונה לכל שנדרש בהתאם לבקשת פרופי וייס.

בהתאם לנייל ניתן לראות את היצרן GE ספק בלעדי לרכישה, על מנת לשמור על אחידות המכשור בתחום ההדמיה העל-קולית בגינקולוגיה.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים לפחות בהתאם למקובל בביה"ח. בתקופת האחריות יבוצעו כל הטיפולים התקופתיים ע"י חבי אלדן כנדרש ע"י היצרן (טיפול שנתי).

ביום 7.5.19 ניתן אישור מע' מידע לדגם זה.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעת מחיר

העתקים : פרופי בועז וייס  
ד"ר יורם שדמי  
גבי אורנה רחמינוב