

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הקריאל
יחידה מזמינה:	סקר וולוז'סק
תאריך:	6.11.19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ


הבקשה מסתכמת על תקנה ____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
8	8100064832	TIPS,125UL, RACK OF 384TIPS STERILE
10	8100064410	TIPS,125UL, RACK OF 384TIPS NON STERILE
9	8100064030	TIPS,1250UL, RACK OF 96 TIPS NON STERILE
6	1095086211	PIPETOR 8 CHANNEL VOYAGER 50-1250UL
5	1095086203	PIPETOR 8 CHANNEL VIAFLO 5-125UL
4	1095086195	PIPETOR 8 CHANNEL VOYAGER 5-125UL
1	1095082814	ASSIST PLUS
3	1040016628	CHARGING-COMMUNICATION STAND FOR 1 PIPETTE
7	1040016610	VIAFLO II PIPETTE BLUETOOTH MODULE
2	1007779010	חלפים ותיקונים - בש"ח

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

	מנהל מח' הנדסה רפואית	ד"ר יורם שדמי
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

31 באוקטובר 2019
מספרנו: יש/0401-2019
תיק: 1-1201, 7010

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

נכבדתי,

הנדון: סקר יילודים – חו"ד לרכישת רובוט סמי אוטומטי לפיטציה

דוא"ל דר' אלמשנו מיום 28.10.19

בהמשך לסימוכין מבקש דר' אלמשנו רכישת הרובוט שבנדון בכמות 2 יח'.

מדובר ברובוט סמי-אוטומטי לפיטציה המאפשר שימוש בפיפטורים בעלי רוחב קבוע ובעלי רוחב משתנה שהינם ייחודיים ליצרן השוויצרי INTEGRA.

הרובוט מודולרי וכולל את תוכנת VIALAB, שהינה ייחודית לתכנות פרוטוקולים, כולל יכולת כיוון גובה שאיבת והזנת הנוזל בפלטה/מבחנה, כולל סימולציה ויזואלית למניעת טעויות בעת שימוש בפועל.

הטעינה ופריקה של הטיפים אוטומטית.

מאפשר קליטת אבזורים לסוגי מבחנות ופלטות על מנת לבצע פעילות מילוי פלטות, העתקת פלטות, מיהולים, REFORMAT, תוספת ריאגנטים, אלייזה, MIX, ולתכנות תוכניות מותאמות אישית.

בהתאם לדרישתו של דר' אלמשנו הרובוט כולל 3 פיפטורים שונים לביצוע מגוון רחב של בדיקות שנדרשות, כולל טיפים מתכלים מסוגים ונפחים שונים על פי הנדרש.

הפיפטורים הנדרשים אשר מוצעים הינם:


* פיפטור אלקטרוני דגם VOYAGER בעל רוחב משתנה של היונקות מתוצרת INTEGRA, כמות היונקות 8. מדובר בפיפטור ייחודי ברמה עולמית, מאפשר העברת נוזלים בין פורמטים שונים (REFORMATTING) לדוגמה ממבחנות לפלטה - אחד לעבודה בנפח 125µl והשני בנפח 1250µl (ייעוד עיקרי REFORMATTING).

* פיפטור אלקטרוני דגם VIAFLO בעל רוחב קבוע של יונקות תוצרת INTEGRA. כמות יונקות 8. מתאים לנפחים עד 125µl. תואם לכל סוגי הפעולות להוציא REFORMATTING.

הבהרה: דגם VOYAGER מאפשר שימוש בכל פעולות דגם VIAFLO.

הטיפים המוצעים (מתכלים) כוללים:

- טיפים בנפח 125µl – בכמות 1920 יח'
- טיפים בנפח 125µl סטריליים – בכמות 1920 יח'
- טיפים בנפח 1250µl לא סטריליים – בכמות 480 יח'



טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

מטען המשמש למעמד לפיפטורים וקישוריות בין המכשיר לרובוט כולל רכיב לקישוריות בלוטוס של כל אחד משלושת הפיפטורים לרובוט.

רצ"ב הצעת חבי מדנט נציגת היצרן בארץ לרכישת כל הנדרש ע"י דר' אלמשנו. רצ"ב נימוקיו שהינם מקובלים כל דבר ועניין.

מאחר ואין יצרן לפיפטורים בעלי רוחב משתנה זולת היצרן INTEGRA ואשר תואמים לרובוט המבוקש, ניתן לראות ביצרן זה ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

תקופת אחריות – 24 חודשים. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

ההזמנה תכלול ספרות שרות והפעלה.

סעיף תקציבי בהתאם להודעת דר' אלמשנו הרצ"ב.

ב ב ר כ ה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+ הצעת מחיר

העתקים : דר' ש. אלמשנו
דר' י. שדמי



אגף מעבדות
בימוק "ספק יחיד"

שם הפריטים: רובוט Assist Plus מתוצרת INTEGRA עבור ביצוע בדיקות סקר ביילודים

לפי הצעת מחיר מס': 10591 תאריך: 13/10/2019

סכום לא כולל מע"מ: 158845 סעיף תקציבי: 16011

אנו מבקשים להכיר בסוכן הנ"ל ספק יחיד לצורך רכישת הפריטים לעיל מהנימוקים הבאים:
 ספק יחיד ואין בלתו.

- ספק יחיד העונה על כל הצרכים (פרט שמות הספקים הפרטנציאליים, ונמק על אלו צרכים ספציפיים שבה פריט שאין לו מענה אצל הספקים האחרים).
- ספק יחיד, לחומרים/ציוד מתכלה היחידים המתאימים למכשיר זה (פרט שם המכשיר והיצרן).
- רכישה במסגרת עסקת ראגנטים עפ"י מכרז פומבי/סגור מ"צ _____
- אחידות מערכת (פרט הצרכנים הנוספים בבי"ח לפריט זה ומדוע חשובה האחידות).
- אחידות שיטת הבדיקה (פרט באיזה בדיקה מדובר ומדוע חשובה האחידות).
- אחר (פרט).

בתאום אתנו המעבדה לסיווג רקמות רכשה מכשיר מסוג זה. הדרישות שלנו דומות לסיווג רקמות רק ליישום של בדיקות סקירה ביילודים. בנוסף, אנו משתפים פעולה בפיתוח יישומים שניתן להעברה בין המעבדות, בתמיכה של פיפטורים במקרה של תקלה (הפיפטורים על הרובוט ניתנים לניתוק והעברה). כמו-כן יש לנו יחד כוח מיקוח ברכישת מתכלים ועזרה הדדית בנושא.

מדינת ישראל - משרד הבריאות
 המעבדה לסקר ילודים
 המרכז הרפואי ע"ש שיבא
 02-5308110 זכ

תאריך	שם המעבדה	קוד מעבדה	חתימת מנהל המעבדה
17/10/2019	סקר ילודים	65371	

* לתשומת לב המעבדה: נא לציין בהצעת המחיר המצ"ב את מק"ט תה"ש של כל אחד מהפריטים

– להזמנת כימוקלים בלבד –

אישור הנהלת אגף מעבדות

מאשר לא מאשר

נימוקים:

תאריך: _____ פרטי המאשר: _____ חתימה: _____