

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד החקלאות	
יחידה מזמינה/מכון:	מכון וטרנירי
תאריך חוות דעת:	14/11/2019
בקשה מס' (פנימי):	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

שם הספק:	לוינסון סוכנויות ציוד למעבדות ולתעשייה
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511620544
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	39,872
תקופת ההתקשרות:	עד 31/12/2020

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

במעבדה לבקטריולוגיה נעשות בדיקות מיקרוסקופיות של משטחים לאבחון מחוללי מחלה חיידקיים ופטרייתיים. הבדיקות נעשות במגוון שיטות צביעת משטחים, כגון צביעת גרס, צביעת זיל-נילסן (חיידקים יציבי חומצה), צביעת סטאמפ (חיידקי ברוצלה וקוקסיאלה), צביעת קיניון (חיידקי יציבי חומצה חלקיים), צביעת גימזה, אורמין (חיידקי שחפת) ועוד. כיום הצביעות נעשות באופן ידני ודורשות מיומנות וניסיון בביצוע כל שיטה ושיטה ע"מ לקבל משטחים באיכות גבוהה לאבחון אמין. בנוסף צביעת משטחים מרובים גוזלת זמן וחושפת את אנשי המעבדה לכימיקליים מזיקים. עם צמצום כ"א במעבדה, נדרשות חלופות אוטומטיות או סמי-אוטומטיות שיאפשרו הן לייעל תהליכי בדיקה והן לצרף במהירות לעבודה כ"א ארעי או מזדמן תוך מינימום הדרכה מבלי לפגוע באמינות האבחון. מיכון פעולת הצביעה יחסוך בזמן וגם יתרום לאחידות (סטנדרטיזציה) של הכנת המשטחים לאבחון. אנו מבקשים אישור לרכוש מכשיר אוטומטי לצביעת משטחים. המכשיר נבחר עפ"י מספר מאפיינים חיוניים:

- אפשרות לבצע עם אותו מכשיר מגוון שיטות צביעה (לפחות 8) כולל גמישות לתכנות פרוטוקולים שונים (זמן טבילה בכל צבע, שקשוק או לא, זמן ייבוש, מספר שטיפות וכדומה).
- אפשרות כיסוי של המכשיר ע"מ לצמצם את החשיפה לכימיקליים וכן לשמור על ניקיון ובטיחות בעמדת העבודה.
- אפשרות לרכוש מחסנים נוספים הניתנים להחלפה בקלות וזאת ע"מ לעבור בין שיטה ושיטה במהירות וכן לשמור על תקינות הכימיקליים הדרושים לצביעה לאורך זמן.
- ממדים המתאימים להעמדת המכשיר במנדף כימי הזמין במעבדה.
- אפשרות למודול לייבוש מהיר.
- אפשרות הפעלה עם מספר גמיש של משטחים לפי צרכי המעבדה (מספר דגימות). לאחר התייעצות עם ספקים וחיפוש באינטרנט באתרי ספקי מכשור מעבדה, לרבות מכשירי צביעת משטחים, נמצא מכשיר אחד בלבד שעונה לכל המאפיינים החיוניים מעלה: מכשיר ה-Polystalner מתוצרת IUL. ליצרן ספק יחיד בארץ, חברת Levenson.

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנוסחות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)

3. נימוקים והערות נוספות


1. בוצע חיפוש מקיף באינטרנט באופן כללי ובאתרי יצרנים של מכשור מעבדתי, וכן התייעצות עם ספקים של מכשור מעבדתי.

2. ממצאים: קיימים מספר מכשירים לצביעת משטחים אולם כל המכשירים מאפשרים ייחודיים לביצוע של פרוטוקול צביעה אחד בלבד, מה שהיה דורש רכישה של מספר רב של מכשירים לשיטות השונות שמבוצעות במעבדה. בנוסף, לא נמצאו מכשירים לביצוע כלל השיטות שבשימוש במעבדה. המכשיר היחיד שעונה לדרישות המעבדה הוא מכשיר Polystainer מתוצרת IUL. קיים מכשיר אחד כזה בשימוש במעבדה פרטית בארץ. בהתייעצות עם הספק וכן עם המעבדה שעובדת עם המכשיר, נמצא שהוא אכן עונה לדרישות וייתאים למעבדה לבקטרילוגיה במכון. למכשיר זה אפשרות לשמור עד 10 פרוטוקולי צביעה שונים ולכן הוא אפשר למכן את כל הצביעות שמבוצעות כיום במעבדה ואף במעבדות אחרות במכון במידת הצורך.

3. חברת Levenson הינה הספק היחיד של המכשיר הנ"ל בארץ.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהל המעבדה לבקטרילוגיה	ד"ר שלמה בלום
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית