

אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 192675

יחידה מזמינה: מע' המטולוגית

מהות הרכישה: מכשיר זרימה ציטומטרית FACS cento 2 במעבדה המטולוגית

סכום הרכישה מטבע ספק: \$ 46,800 כולל מע"מ.

ספק פוטנציאלי: בקטלאב בע"מ

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים

הינו \$ 46800 כולל מע"מ

2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של _____ חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של _____, באופן מצטבר.

3. הוועדה התכנסה בתאריך 20.11.19 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים,


תשנ"ג-1993

דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il

יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימת המאשרים:


ד"ר שלום בן זיאב


שמואל עמר


עו"ד רועי אדרי


אשר מזרחי

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

29 בספטמבר 2019

סימוכין: 16-09

לכבוד
ועדת רכישות
כאן

שלום רב,

הנדון: רכישת מכשיר זרימה ציטומטרית FACS canto 2 במעבדה ההמטולוגית.

מדובר על מכשיר מדגם FACS canto 2 (מסי טבוע: V87500051, מסי"ד: 04228)

תוצרת חברת BD (סוכן: BD ישראל בע"מ) המכשיר נמצא במחלקת המטולוגיה משנת 2007. לאחרונה התקלקל רכיב ליזר כחול במכשיר אשר מהווה חלק עיקרי במערכת, בשל גילו של המכשיר וכן בשל ריבוי תקלות במכשיר אין כדאיות לתיקון המכשיר ויש להחליפו במכשיר חדש. כיוון שבמעבדה קיימים 2 מכשירים נוספים מאותן הדגם ישנה חשיבות מרובה לשמירה על אחידות שיטת המדידה העיבוד והשימוש באותם ריאגנטים ובנוסף לכך נדרשת יכולת של המכשיר להשתמש בבסיס נתונים של הארגון הבינלאומי Euro Flow.

לאור הנתונים הללו נדרש לרכוש מכשיר Flow Cytometer דגם FACS canto 2 תוצרת חברת Becton Dickinson (BD). היות וחברת BD ישראל הינה הנציגה הבלעדית של היצרן בארץ (חברת BD) וכיוון שמדובר בציוד ייחודי עבור המעבדה – יש לראות בחברת BD ישראל ספק יחיד למתח. זח.

בברכה,
דוד דקל
ראש תחום מעבדות ודיאלזה
מחלקת הנדסה רפואית