

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(כביאלר / כ"ח סט.)
יחידת מזמינה:	ת.י.
תאריך:	19.11.19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה ____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
11	1095083713	SAT COV FLAT 2 SATELITE TWO PART FLAT COVER
10	1095083705	PHILIPS HD 56" SCREEN NCVV097
8	1095083697	בוס פמפיסט דגם PLG
6	1095083689	מסכים לקיר 55" למע' מולטימדיה
5	1095083671	מע' מולטימדיה כולל מסכים, מצלמת חדר, רמקולים, מיקרופון, מע' בקרה
4	1095083663	בוס מרדים דו זרועי
3	1095083655	מע' מנורת ניתוח כולל ראש תאורה מצלמת HD זרוע למסך
	1095083648	מע' מנורת ניתוח שני ראשים כולל שני זרועות למסכים זרוע למגן
1	1095083630	מע' שולחן ניתוח היברידי כולל פלטה אוניברסלית, פלטת קרבון ושני
9	1040017345	תוספת לזרוע מגן עופרת
7	1040017337	זרוע למסך PHILIPS לחדר ניתוח היברידי
12	1007779010	חלפים ותיקונים - בש"ח

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י בקשה מצ"ב מגיל דר

	סמנכ"ל טכנולוגיות	גיל דר
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית



רכש
03-5303795 טל' Gil.Dar@sheba.health.gov.il

18/11/2019

הנדון: שדרוג ח.ג. היברידי

1. בח.ג מרכזי קיימת מע' היברידית המספקת פתרון אינטגרטיבי לניתוחים מורכבים הדורשים מכשור זה
2. מדובר במע' הנמצאת בחדר 9 במתחם ח.ג. המרכזי
3. המע' סופקה ע"י חב' מדטכניקה לפני כעשור
4. עקב התיישנות חלק מרכיבי המע' והבלאי שהצטבר בהם עם השנים נדרש להחליף/לשדרג את חלקם
5. במקביל, בשנים האחרונות הוצגו פיתוחים טכנולוגיים רבים המאפשרים לבצע ניתוחים מורכבים נוספים ביעילות כללית גבוהה יותר
6. החב' היחידה המסוגלת לספק פתרון אינטגרטיבי מלא:
לשדרוג חלק מרכיבי המע' - סנכרון ואופטימיזציה של מע' דימות, שולחן ח.ג, מע' תאורה, בומים, מע' מולטימדיה, אמצעי מעקב וכו'. הינה חב' מדטכניקה (מייצגת בלעדית בארץ את חב' Philips ו Maquet)
7. לאור האמור לעיל אבקש לראותה כספק יחיד לשדרוג המע'

בכבוד רב,
גיל דר