



מחיר
11000
192634

אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 192723	יחידה מזמינה: פגייה
מהות הרכישה: <u>blander with 02 monitor</u> לבלנדר למונשמים	
סכום הרכישה מטבע ספק: <u>46,085</u> דולר כולל מע"מ.	
ספק פוטנציאלי: <u>עינת מדיקל</u>	

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו 46085 דולר כולל מע"מ.
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של _____ חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של _____, באופן מצטבר.
3. הוועדה התכנסה בתאריך 6.1.20 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il
יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימות המאשרים:

רו"ח שירי בן זאב

שמואל עמד

עו"ד רועי אדרי

אסף מזרחי

מרכז רפואי ת"א - איכילוב

מחלקת הנדסה רפואית

טל: 036973208

פקס: 036973440

תאריך: 20/8/19

סימוכין: 08-08

לכבוד:

וועדת רכישות

כאן

שלום רב,

הנדון: רכישת 17 בלגדרים דיגיטלי (מערבלי חמצן) עבור מח' פגים

המחלקה שבנדון מבקשת לרכוש מערבלי חמצן (בלגדרים) דיגיטלי לטיפול בפגים נתמכי נשימה. שני פרמטרים הנם קריטיים במתן החמצן לפגים אלו, המחוברים למשקפי חמצן או למערכת סרכיאוסטומיה המועשרת בחמצן ובלחות.

א. אחוז חמצן

ב. ספיקה החמצן (קצב מתן החמצן)

חוסר דיוק בכל אחד מהפרמטרים מהערכים שנקבעו, יכול לגרום לזק חמור ובלתי הפיך לפג המטופל. מבדיקות שנעשו ברשת ומהתייעצות עם מומחים בתחום, נמצא שהדגם MAXBLEND 2 תוצרת חברת MAXTEC (סוכן - עינת מדיקל) הינו היחיד הכולל תצוגה רציפה של הפרמטרים הנ"ל ולפיכך מאפשר מעקב צמוד אחר הנתונים בכל רגע ורגע. לאור זאת יש לראות במכשור הנ"ל מכשיר ייחודי ובחב' עינת מדיקל חב' MAXTEC), ספק יחיד למקרה, ממליץ לרכוש את המכשיר.

לכבוד רב

אלכס שטייח

מהנדס בתחום הנשמה