

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	רפ"ד
יחידה מזמינה:	ב"א רפואי (רפ"ד)
תאריך:	13/7/19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
5	1098705247	'STANDARD WALL CHANNEL 19
4	1096100888	ARM SUPPORT KIT M-SERIES MP20/30MP40/50 GCXAG-0018-21
3	1096082797	ADD INVAS PRES/TEMP COMB
1	1095076774	INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR
2	1095056032	MULTI MEASUREMENT SERVER-MODULE M3001A
6	1040013468	CM UTILITY BASKET M SERIES OR VHM ARM8.9

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)


עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
----------	----------



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

7 בינואר 2020
מספרנו : מב/0014-2020
תיק : 1120, 3000

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: הצטיידות 2020/ ביה"ח לילדים – חוו"ד לרכישת מוניטור מודולרי ניח.
רשימת הצטיידות – ביה"ח לילדים 2020

בהתאם לסימוכין נדרש לרכוש מוניטור מודולרי מסוג BED-SIDE בכמות של 2 יח'. המוניטורים מיועדים למחלקות הבאות:

- ילדים א' – 1 יח'
- מרפאות חוץ ילדים – 1 יח'

במח' ילדים א' קיימת מערכת ניטור מודולרית מתוצרת PHILIPS הכוללת 12 מוניטורים, מודולים רב-פרמטריים ותחנת אחות מרכזית. במרפאות קיים מוניטור יחיד מתוצרת PHILIPS ושני מודולים (רב-פרמטרי בסיסי וקפנוגרפיה).

עבור כל אחת מהמחלקות, רכישת מוניטור מתוצרת PHILIPS הינה חיונית למען האחידות בכל הקשור לתפעול המכשור ע"י הצוות הרפואי, שימוש בכבלים ובסנסורים, חיבור והחלפה של המודולים השונים בין המוניטורים ויכולת שדרוג המכשור ע"י חיבור מודולים נוספים בעתיד.

בנוסף, לא ניתן לשלב מוניטורים ומודולים המיוצרים ע"י יצרן שאינו PHILIPS, במערכת הניטור הקיימת במח' ילדים א'. למען הסר ספק, קיים צורך בחיבור המוניטור החדש לתחנה המרכזית במחלקה לשם העברת נתונים למערכת תיק חולה, כמקובל בסטנדרט הטיפול והתיעוד.


לאור הנייל, יש לראות ביצרן PHILIPS ספק יחיד לרכישת המוניטור הדרוש עבור כל אחת מהמחלקות, ילדים א' ומרפאות חוץ ילדים.

רצ"ב הצעת מחיר מס' 182501814 מחבי מדטכניקה לרכישת מוניטור מדגם MX450 תוצרת PHILIPS. יש לממש מתוך ההצעה המרכיבים הבאים בלבד:

- פריטים 1-4 – מוניטור MX450 + תוכנה.
 - פריטים 5-9 – מודול רב-פרמטרי בסיסי לניטור הפרמטרים ECG, HR, SPO2, NIBP, TEMP + אביזרי החיבור, כבלים וסנסורים הנדרשים להפעלתו מלאה.
 - פריטים 12-14 – זרועות לתליית המוניטור על הקיר.
- את כל הפריטים הנייל בלי יוצא מן הכלל יש לממש בכמות של 2 יח'.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL


מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.


בברכה,
מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' יורם שדמי
גבי אורנה רחמינוב
גבי ורדית שמש-מיליגר
גבי רחל צים
גבי מרים יהודאי