



20.10.09

094/09

לכל המעוניין,

ח"ג

למפרט הבא התקבלה הצעת מחיר אחת. ועדת הרכישות של מינהל המינהל החקלאי מבקשת לברר האם אין ספק אחר המסוגל לספק את המכשיר עפ"י המפרט.

### ספסיפיקציות לאינקובטור

1. בקרת טמפרטורה בטוח 5 מעלות צלזיוס מעל הסביבה ועד 50 מעלות לפחות. רמת דיוק 0.1 מעלה
2. בקרה של חמצן (בטווח 0-20%)
3. בקרה של דו-תחמוצת הפחמן (בטווח 0-20%) ברמת דיוק של 0.1%
4. תצוגה דיגיטלית המאפשרת קריאת היסטוריה של תקלות
5. שקע RS-232
6. שקע-יציאה עם מגע יבש I/O למשל עבור מערכת אזעקה
7. ללא מאורר פנימי
8. אספקת דו-תחמוצת הפחמן דרך פילטר HEPA
9. נפח אינקובטור קטן (בערך 15 ליטר)
10. חימום האינקובטור ללא מים בדפנות
11. רצוי אחריות שנתיים על כל חלקי המוצר כולל סנסורים לגזים

בברכה,

דר 'אבי צדקה  
נציג החוקרים בוועדת רכישות