



160/3798/09

חוז' אקטוב' 09

16 דצמבר 2009

שלום רב,

למחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה דרושה מטלטלת מעבדתית עם אפשרות לשמירה וויסות טמפרטורה (חימום וקרור), ויכולת תנועה סיבובית וקוית. המפרט הטכני מצ"ב. לצערנו רק ספק אחד נתן תשובה נאותה לדרישות הטכניות שלנו. חברת 'ירדן ביוטק בע"מ' הגישה הצעה בסכום של 22,019 ₪ כולל מע"מ. הציוד המוצע לנו על ידי החברה נמצא בהתאמה לדרישות הטכניות שלנו ולכן אני מבקש לאשר ספק הצעה זו.

מפרט טכני לאינקובטור מטלטל:

1. אינקובטור מטלטל מעבדתי קירור/חימום.
2. מכסה שקוף, פתיחה מלמעלה, תאורה פנימית.
3. חיישן לדלת פתוחה, הפסקת טלטול וחימום בפתיחת הדלת.
4. טווח טמפרטורות מינימאלי – 15 עד 60 מעלות, דיוק של לפחות 0.3 מעלות.
5. אפשרות לתכנות מחזורי של הטמפרטורה.
6. מהירות תנועה מינימאלי – 10 עד 300 סל"ד.
7. אפשרות לבחור תנועה סיבובית או קוית.
8. אפשרות לתכנות התנועה (קדימה, אחורה או מנוחה).
9. בקרה דיגיטלית עם טיימר שלא יפחת מ- 80 שעות.
10. מנוע DC ללא פחמים.
11. טווחי גודל משטח הטלטול 40-50 X 40-50 ס"מ
12. קיבולת מינימאלית של 70 מבחנות של 50 מ"ל, או 4 פלסקים של 1 ליטר.

בברכה,

ד"ר אבנר זילבר, מנהל המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה