

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

מינהל המחקר החקלאי	משרד החקלאות
מדעי הצמח	יחידה מזמינה/מכון:
4.7.10	תאריך חוות דעת:
139/4122/10	בקשה מס' (פנימי):

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה X (29)3 / (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	אחים איזנברג
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	51009727
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	49,300 =
תקופת ההתקשרות:	31.12.10 - 28.8.10

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

הנושא: רכישת בינוקולר פלואורסנטי עם חיבור מתאים למצלמה קיימת ולתוכנת רכישת תמונות ועיבוד תמונה קיימת.

מפרט טכני בינוקולר פלואורסנטי - דרוש בינוקולר פלואורסנטי בעל התכונות הבאות:

1. גוף בינוקולר בעל 20 שדות הגדלה.
2. טווח הגדלה X 60-6.
3. אובייקטיב מסוג plan achromat stereo objective הגדלה X1.5, numerical aperture 0.15 מרחק עבודה 45.5 מ"מ.
4. מנורה פלואורסנטית מרקורי עם ספק כח, בית מנורה וחיבורים.
5. מגן מקרינה אולטרה סגולה
6. מערכת פילטרים לבחינת GFP : פילטר עירור, BP 460-490, מראה דיכרואית DM505, barrier filter 510IF.
7. מערכת פילטרים לבחינת RFP: פילטר עירור BP540-580 מראה דיכרואית DM600, BA 610.
8. מנורת הלוגן לאור עובר, בית מנורה וחיבורים.

- 9. חיבור למצלמה Olympus XC50 קיימת.
 - 10. חיבור למערכת רכישת תמונות ואנליזה, CELL קיימת.
 - 11. נדרשת אופציה עתידית לאוטומציה של לקיחת תמונות ממונעת בציר Z,Y,X אשר תישלט ע"י התוכנה הקיימת CELL .
- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת :
שיחה עם הספק של חברת אולימפוס, חברת האחים אייזנברג.

2. ממצאי הבדיקה:

אין אף בינקולר אחר שיכול להתחבר למערכת הקיימת, ולפיכך, חברת האחים אייזנברג, הנציגים הבלעדיים של חברת אולימפוס בצידוד מדעי, הנם מבחינת ספק יחיד.

3. נימוקים והערות נוספות:

ברשותי מערכת מיקרוסקופ פלואורסנטי אולימפוס עם שתי מצלמות ומערכת רכישת תמונות ואנליזת תמונות. המערכת הבסיסית מתוצרת אולימפוס נרכשה ב-2004 בסכום של כ- 500000 ₪ מחברת אחים אייזנברג. למערכת זו ברצוני להוסיף יחידת בינקולר פלואורסנטי.. חשוב לציין שהבינקולר החדש אמור להשתלב במערכת הקיימת הן מבחינת המצלמה והן מבחינת תוכנת רכישת התמונות ועיבוד התמונות. מדובר, אם כך, בתוספת לצידוד קיים שיש הכרח שתבוא מאותה התוצרת על מנת להבטיח עבודה תקינה של כל הרכיבים השונים.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

Einat Sadot	אחראית מיקרוסקופים	עינת שדות
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית