



כ"ט באייר, התשע"ז
25 מאי 2017

סימוכין : 53944017

לכבוד
נרשמים למכרז

שלום רב,

הנדון: מכרז 3/2017 ליצירת מאגר ספקי כריות ישיבה לכיסא גלגלים לזכאים לסיוע מהיחידה לשיקום וניידות במשרד הבריאות

- 1.1. בהתאם להוראות מכרז פומבי מס' 3/2017 – ליצירת מאגר ספקי כריות ישיבה לכיסא גלגלים לזכאים לסיוע מהיחידה לשיקום וניידות במשרד הבריאות (להלן: "המכרז"), להלן טבלת שאלות ההבהרה אשר הוגשו בקשר עם המכרז והתשובות בגינן.
- 1.2. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
- 1.3. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים מכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
- 1.4. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
- 1.5. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשרד או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
- 1.6. מכתב זה מפורסם באתר האינטרנט של המשרד בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
- 1.7. בעת הגשת ההצעה בהתאם להוראות המכרז, על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו את **מסמך זה** חתום על ידו בהתאם להוראות המכרז וכן את **מסמך המענה לשאלות ההבהרה שפורסם במסגרת המכרז במתכונתו הקודמת**.



2. מצ"ב להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על-ידי המשרד:

מס"ד	נושא / סעיף במכרז	שאלה	תשובה
1.	הבהרות קודמות	סעיף 53 בהבהרות- כיסויים שאינם עמידים לנוזלים אם נכון הדבר לגבי כריות אוויר בדבר כיסויים שאינם עמידים לנוזלים הרי שניתן להכלילו גם לכריות סיליקון או חומרים אחרים העמידים לנוזלים.	גם הכיסוי וגם הכרית צריכים לעמוד באישור / תקן של מעכב בערה
2.	2.5	מצוין כי הזמנת המוצרים צריכה להתבצע " ע"פ החלטתו הבלעדית של המשרד ושיקול דעתו המקצועי " בהמשך מועברת האחריות בכללותה לספק. (סעיף 2.7/2.11). קיימת סתירה בין ההנחיה לבין הטלת האחריות.	זו לא סתירה. האחריות על האספקה וכד' היא של הספק. המשרד שומר לעצמו את הזכות בכל מקרה להחליט על ספק מורשה. עם זאת ברוב המקרים המשרד יאפשר בחירה של הכרית על ידי התושב הזכאי.
3.	מפרט טכני 13.1.3 עמוד 24	בסעיף זה נדרש להציג אישור מעכב בעירה לכיסוי ולספוג/גיל בנפרד. לעומת זאת, בכריות אוויר מעכב בעירה לכיסוי בלבד. מדוע יש דרישות מקלות בין הקטגוריות.	ראו תשובה לעיל
4.	18.1.1.3	הבקשה לדו"ח סקירה קלינית אינה נהוגה (מבחינה מקצועית) ביחס לכריות. זו דרישה שמתאימה ל Medical devices בלבד. לכן מבוקש לבטל את הדרישה להמצאת דו"ח סקירה קלינית או לכל הפחות להעמיד את הדרישה בסעיף 18.1.1.3 על המצאת דו"ח סקר סיכונים שמתייחס לסיכוני תכן וייצוא <u>או</u> דו"ח סקירה קלינית – כלומר להחליף בסעיף 18.1.1.3 את המילה "וגם" במילה "או".	אין צורך להציג סקירה קלינית. המכרז יפורסם מחדש בשל שינוי בתנאי הסף.
5.	ערבות	האם יש צורך לצרף ערבות בנקאית <u>בעת הגשת המכרז</u> ואם כן, איזה נוסח, על איזה סכום ולאיזה תוקף?	בהתאם למסמכי המכרז, אין צורך בהגשת ערבות.
6.		האם הבנתי לא נכון – כאשר מוצעת כרית אוויר עמידה לנוזלים, אפשר להציע איתה כיסוי מאוורר ולא דוקא כיסוי עמיד לנוזלים?	נכון
7.		בדרישות הסף, אספקת כריות בעבר, האם אפשר לכלול בכמות הכריות שנמכרו גם כריות למניעת פצעי לחץ אשר במכרז זה אינן מוצעות על ידינו?	כן



מינהל משאבי אנוש
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה
Purchasing, Properties and Logistics Division

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

ב ב ר כ ה ,


עופר עיאל
מנהל אגף

העתק: תיק מכרז 03/2017