

07/08/19

הבהרות לספקים למכרזי mri

מרכז מירב – מרכז בריאות האישה מכרז מס 11999226 :

חשמל

שאלה :נתקבל מפרט לעבודות חשמל חסרה תכנית מצב קיים (סימנס,פיליפס)
תשובה : כל תשתית מעבר למפתן הדלת באחריות הספק. באחריות הספק להציג דרישות
טכניות מעבר לכך.

קונסטרוקציה

שאלה :חסר חתך ריצפת חדר בדיקה ?(סימנס)
תשובה :סופקו תכניות מצב קיים ב -dwg וב -PDF כולל נתון כושר העמסה לקונסטרוקציה .

מכון לרדיותרפיה – מכרז מס 11999227 :

אדריכלית

שאלה :חסרה תכנית העמדה ל workflow לפי חוקי בטיחות (סימנס) ?
תשובה : באחריות המציע להציג תכנית העמדה מלאה .

חשמל

שאלה :נתקבל מפרט לעבודות חשמל חסרה תכנית מצב קיים (סימנס,פיליפס)
תשובה : תשובה : כל תשתית מעבר למפתן הדלת באחריות הספק. באחריות הספק להציג
דרישות טכניות מעבר לכך.

קונסטרוקציה

שאלה :האם קיימת קומת מרתף מתחת ?(סימנס)
תשובה :סופקו תכניות מכון לרדיותרפיה וכמו כן לקומת 3.75- בפורמט PDF.
שאלה : חסרה התייחסות קונסטרוקטור לפתיחת קיר אחורי של חדר בדיקה (סימנס) ?
תשובה : באחריות הספק לבצע את עבודות הפתיחה ובינוי הקיר
האם ניתן לשלוח תכניות למרכז הסרטן בפורמט DWG ?(אלדן)

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 5265601, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד הבריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל השומר 5265601, ישראל

תשובה : קיימות תכניות PDF .