



י"א ניסן תשע"ט  
16 אפריל 2019

המחלקה לבנא"מ  
טל': 03-5303558  
פקס: 03-5303568

לכבוד:

ספקים המשתתפים במכרז

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז מערכת MRI RT- SIM 1.5T - הבהרות  
מכרז מס' 11999227

1. סעיף 3.2 הכוונה שהמיטה תהיה ייעודית ל RT-SIM (אין צורך בניתקת באופן מכאני וחשמלי).
2. סעיף 5.4 הכוונה ל Ultra Flex Coil או מקביל.
3. הערה בנושא נושא מזרק תיקרתי- יש להציע פתרון למזרק תקרתי או רצפתי עם עדיפות לתקרתי.
4. ביתר פרטי המכרז אין שינוי.

בברכה,

הלה עוקשי  
מנהלת ענף מכרזים ציוד

העתק:  
תיק המכרז.