



שאלות ותשובות למרכז כורסאות 11999269

כורסא לטיפול חולים קשים / אונקולוגים

1. סעיף מסגרת – מערכת קפיצים- האם סעיף חובה? **כן**
2. סעיף מנגנון – מערכת קפיצי - ספוג מוקצף מיוחד למניעת שקיעת המושב, מקובל? **נדרש מערכת קפיצי**
3. האם גלגלים בגודל "4 גם מקובל?, **נדרש קוטר 65-70 מ"מ**
4. האם המידות חייבות להיות מדויקות או שהם קנה מידה? **כתוב בהגדרות: תיתכן סטיה של +2 ס"מ**

כורסא לחולה דיאליזה

1. סעיף מסגרת – מערכת קפיצים- האם סעיף חובה? **כן**
2. סעיף מנגנון – מערכת קפיצי - ספוג מוקצף מיוחד למניעת שקיעת המושב, מקובל? **נדרש מערכת קפיצי**
3. האם אפשר להגיש הצעה גם על מנגנון פתיחת הדום בצד אחד? **נדרש מנגנון ב 2 צדדים**
4. האם המידות חייבות להיות מדויקות או שהם קנה מידה? **כתוב בהגדרות: תיתכן סטיה של +2 ס"מ**

כורסא לחולה חשמלית

1. האם המידות חייבות להיות מדויקות או שהם קנה מידה? **כתוב בהגדרות: תיתכן סטיה של +2 ס"מ**

כורסא להורדת חולה/ ריקליינר

1. סעיף מנגנון - מערכת לכיוון עוצמת הכוח להטיית משענת הגב – האם ניתן עם ידית? **לא**
2. האם גלגלים בגודל "4 גם מקובל? **נדרש קוטר 65-70 מ"מ**
3. האם ניתן לספק עם 4 גלגלים שכולם עם מעצור? **כן**
4. האם המידות חייבות להיות מדויקות או שהם קנה מידה? **כתוב בהגדרות: תיתכן סטיה של +2 ס"מ**