



18.06.19

לכבוד :

כלל המציעים

מכרז מס' 192580 לרכישת 4 צנטריפוגות מקוררות
תשובות לשאלות הבהרה

1. שאלה: בהמשך לדרישות המכרז, נספח ג', עמוד 16, סעיף 1 F: מתאם ל 76

מקומות של 5/7 מ"ל: אנא הבהרתך האם מדובר במבחנות ואקוטיינר 13x75/100

או: 16x100?

תשובה: המתאם הנדרש הינו עבור 12x75 mm Tubes.

2. שאלה: האם אישור אמ"ר נדרש?

תשובה: נדרש.

3. שאלה: האם ניתן להגיש הצעה עבור צנטריפוגה עם מקום ל 60 מבחנות 5/7 מ"ל

במקום 76?

תשובה: שלילי.

4. שאלה: במכרז רשום כוח צנטריפוגלי של מעל 25000g – נשמח לקבל את הנתון

בסל"ד המינימלי הנדרש.

תשובה: לא מקובל. ההמרה תתבצע ע"י המציע בהתאם לתכונות המכשיר המוצע.

בכבוד רב,

יורם הלוי

מנהל יחידת מכרזים