

**מדינת ישראל**

**המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי**

**מכרז פומבי מס' 192581**

**מכרז לרכישת 5 מנדפים לחדרים נקיים**

## המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

מכרז פומבי מס': 192581

### לרכישת 5 מנדפים לחדרים נקיים

#### הודעה

1. המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן: "המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת הצעות לרכישת 5 מנדפים בגדלים שונים לחדרים נקיים.
2. את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע, יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 192581 לתיבת המכרזים הנמצאת ביחידת המכרזים במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה (1-) עד ליום 27.06.19 בשעה 12:00.
3. המציע נדרש לתאם הדגמה הכוללת ביקור לבחינת המנדף תוך 5 ימים מיום קבלת ההודעה. באחריות המציע לתאם את ההדגמה עם הגורם המקצועי – יערה אוחיון, בטל': 052-6434619 אלא אם ניתן פטור על ידי הגורם המקצועי עקב הכרות קודמת. המציע יקבל אישור מהגורם המקצועי במרת"א על ההדגמה לפני הגשת מסמכי המכרז (נספח ה'). אם לא יינתן פטור מהדגמה על ידי הגורם המקצועי, ולא תבוצע הדגמה על ידי המציע, ההצעה תיפסל.
4. תנאי הסף / המוקדמים להשתתפות במכרז הינם:
  - א. המציע בעל ניסיון של 3 שנים לפחות באספקת מנדפים מהדגמים המוצעים בלפחות גוף ציבורי אחד, הניסיון כולל שירות ותחזוקת המנדפים. לעמידה בתנאי סף זה על המציע למלא את הטבלה הרלוונטית בנספח תשקיף משתתף ולציין את שמות החברות (רצוי: שבהם המנדף מותקן בחדר נקי Grade B) כולל שם טלפון של משתמש QC/QA.
  - ב. קיום אישור אמ"ר ו/או CE ו/או FDA ו/או אישור תקן בטיחות אחר המתאים למכשור והמקובל על המזמין.
  - ג. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
  - ד. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל (המציע ימציא אישור עו"ד או רו"ח לאימות האמור לעיל).
  - ה. עמידה מלאה במפרט הטכני (נספח ג').
  - ו. טופס חתום להתחייבות המציע - נספח ד'.
  - ז. זמן אספקת הציוד (ממועד קבלת ההזמנה ועד לאספקת הציוד) לא יחרוג מ- 60 יום קלנדריים.
5. מציע אשר לא ימלא את כל פרטי ההצעה - נשמרת לועדת המכרזים הרשות שלא לדון בהצעה.
6. אין המרכז הרפואי ת"א מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
7. את מסמכי המכרז ניתן לראות בקישור הבא:
8. ליחידת המכרזים בטלפון מס': 03-6974883, פקס: 03-6974666 <http://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx> לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות

**במקרה של סתירה בין נוסח המודעה לבין תוכן מסמכי המכרז תינתן עדיפות לאמור במסמכי המכרז.**

בכבוד רב,  
הלוי יורם  
מנהל יחידת מכרזים

## לוטים :

- נספח א' - תנאי המכרז
- נספח ב' - טופס הגשת הצעה (חלק א') + הצעת מחיר (חלק ב') + תנאים מיוחדים
- נספח ג' - מפרט טכני ודרישות + נספח דרישות משתמש + נספח ניקוי / חיטוי / עיקור
- נספח ד' - התחייבות המציע
- נספח ה' - אישור הגורם המוסמך על הדגמה והתאמת המוצר
- נספח ו' - תשקיף משתתף
- נספח ז' - 3 דפי תנאים כלליים
- נספח ח' - הנחיות לגבי הנחות
- נספח ט' - אישור רו"ח המאשר "טובין מתוצרת הארץ" (אם רלוונטי)
- נספח י' - הצהרת סודיות ללא פגות תוקף
- נספח יא' - ניטור שרשרת אספקה - שאלון / דו"ח מבדק לספק

**מכרז מס' 192581**

1. הרינו מבקשים הצעת מחיר לרכישת 5 מנדפים לחדרים נקיים עבור מרת"א ע"ש סוראסקי.
2. את ההצעה יש להגיש על גבי טופס הצעת המחיר בנספח ב' חלק ב' במסמכי המכרז. הצעתכם תהיה בתוקף ל-6 חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעה או עד לבחירת ספק זוכה וחתימת הסכם עמו, לפי המאוחר מבניהם.
3. את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע, יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 192581 לתיבת המכרזים הנמצאת ביחידת המכרזים במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה (1-) עד ליום 27.06.19 בשעה 12:00.
4. המציע נדרש לתאם הדגמה הכוללת ביקור לבחינת המנדף תוך 5 ימים מיום קבלת ההודעה. באחריות המציע לתאם את ההדגמה עם הגורם המקצועי – יערה אוהיון, בטל': 052-6434619 אלא אם ניתן פטור על ידי הגורם המקצועי עקב הכרות קודמת. המציע יקבל אישור מהגורם המקצועי במרת"א על ההדגמה **לפני הגשת מסמכי המכרז** (נספח ה'). אם לא יינתן פטור מהדגמה על ידי הגורם המקצועי, ולא תבוצע הדגמה על ידי המציע, ההצעה תיפסל.
5. **תנאי הסף / המוקדמים להשתתפות במכרז הינם :**
  - א. המציע בעל ניסיון של 3 שנים לפחות באספקת מנדפים מהדגמים המוצעים בלפחות גוף ציבורי אחד, הניסיון כולל שירות ותחזוקת המנדפים.  
לעמידה בתנאי סף זה על המציע למלא את הטבלה הרלוונטית בנספח תשקיף משתתף ולציין את שמות החברות (רצוי : שבהם המנדף מותקן בחדר נקי Grade B)  
כולל שם טלפון של משתמש QC/QA.
  - ב. קיום אישור אמ"ר ו/או CE ו/או FDA ו/או אישור תקן בטיחות אחר המתאים למכשור והמקובל על המזמין.
  - ג. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
  - ד. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל (המציע ימציא אישור עו"ד או רו"ח לאימות האמור לעיל).
  - ה. עמידה מלאה במפרט הטכני (נספח ג').
  - ו. טופס חתום להתחייבות המציע - נספח ד'.
  - ז. זמן אספקת הציוד (ממועד קבלת ההזמנה ועד לאספקת הציוד) לא יחרוג מ- 60 יום קלנדריים .
6. על המציע לצרף את כל מסמכי המכרז חתומים ולצרף את כל האישורים הנדרשים. אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז, עלולים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון בוועדת המכרזים.
7. ההצעה תיבחן על ידי גורמים מקצועיים במרת"א ותובא לדיון ענייני בוועדה רק בתנאי שתאושר על ידי גורמים אלו.

הועדה תפסול הצעה ו/או פריטים בהצעה אשר המומחים המקצועיים במרת"א לא  
אשרו את התאמתם לצרכים.

8. מצ"ב נספח ג' - מפרט טכני ודרישות, המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה.
9. אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה שקבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא או כל חלק ממנה. ביה"ח יהא רשאי לפצל את ההזמנה בין כמה מציעים, לבטל וכן להרחיב ולצמצם את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות וארגוניות ו/או מחמת נסיבות שאינן בשליטתו ו/או סיבות אחרות לפי שיקול דעתו ו/או לעכב ביצוע המכרז ו/או חלקים ממנו. במקרה כזה למציע לא תהיינה כל טענות נגד המזמין.
10. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להחליט כי הצעה הסוטה בשיעור מהותי מהאומדן הכספי המוקדם שלה, לא תוגש לבדיקה ולדין בפניה. הועדה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לפסול הצעות אשר חורגות מהאומדן בסביבות  $\pm 25\%$ .
11. ביה"ח לא יישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת המכרז ו/או הגשתו, ו/או אי זכייתו, ו/או ביטולו.
12. תקופת ההתקשרות היא לשנה. ביה"ח יהא רשאי להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות וכן יהא רשאי להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות בגבולות של  $\pm 30\%$ .
13. בית החולים יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המציע ולהשיב את פריטי הצידוד ולקבל החזר התמורה, תוך מתן הודעה של שבוע מראש ולהתקשר עם המציע שהצעתו הייתה הבאה בתור מבין המשתתפים במכרז.
14. החזרת צידוד תוך כדי השבת התמורה לבית החולים:

a. בצידוד חדש שטרם נצבר ניסיון בהפעלתו בבית החולים ניתן יהיה להחזיר את הצידוד במשך תקופת הניסיון של שלושה חודשים, תוך השבת מלוא התמורה ששולמה עבורו על ידי בית החולים.

b. בתקופה שמעבר ל- 3 חודשים ועד שנה, בית החולים יהיה רשאי להחזיר את הצידוד לחברה תוך קבלת התמורה ששולמה בניכוי 15% ממנה. ההשבה בסעיף קטן זה תעשה בעקבות חו"ד הגורמים המקצועיים כי השימוש בצידוד פוגע באיכות הטיפול הרפואי ו/או בבריאות המטופל.

c. החברה תקבל הודעה מראש ובכתב בדבר הדרישה להשבת הצידוד והתמורה.

15. בבחירת ההצעה אנו רשאים לקבל את ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למזמין כאמור בתקנה 22 לתקנות חוק חובת המכרזים. כלומר, ועדת המכרזים רשאית לבחור ספק/ספקים שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר לאחר שקלול הניקוד שיקבלו על סמך מרכיבי אמות המידה כדלקמן:

**א. איכות - 30% :**

- **זמן אספקת הצידוד** (ממועד קבלת ההזמנה ועד לאספקת הצידוד) המהיר ביותר בימים קלנדריים – זמן האספקה המוצע המהיר ביותר יקבל ציון איכות מקסימלי (15%) ביחס לשאר ההצעות. את מס' הימים הקלנדריים המוצעים יש למלא בנספח הצעת המחיר בנספח ב' חלק ב' – **סה"כ 15%**.

- **איכות משטח עבודה** – משטח עבודה עשוי מנירוסטה 316 יקבל ציון מקסימלי של 15% ואילו משטח עבודה עשוי מנירוסטה 304 יקבל ציון מינימלי של 0% אחוז – **סה"כ 15%**.

**ב. מחיר - 70%**

---

**סה"כ 100%**

הציונים יינתנו בטווח בין 0 ל- 100 .

16. כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או כל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה, כאילו לא נכתבו. הדבר אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה. (הערות או תוספות לא תילקחנה בחשבון על ידי הועדה גם באם לא תיפסל ההצעה)
17. המציע לא יהיה רשאי להמחות כל זכות או חיוב על פי מכרז זה לאחר, ללא קבלת הסכמה בכתב מהמזמין / ביה"ח.
18. **תוקף ההצעות וכן כשיר ראשון וכשיר שני:**
- א. הצעות המציעים תעמדנה בתוקף 6 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
- ב. למרת"א שמורה הזכות להתקשר עם מציע אף לאחר המועד שנקבע לתום תוקף ההצעות, בכפוף למפורט להלן, ובלבד שלא הודיע המציע למרת"א על בטלות הצעתו, לאחר המועד שנקבע לתום תוקף ההצעות.
- ג. לאחר שמרת"א יבחן את ההצעות, יודיע מרת"א על זהות המציע הזוכה וכן על זהות המציע שדורג במקום השני במדרג ההצעות (להלן: "הכשיר השני").
- ד. הצעתו של הכשיר השני תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין, וכן חתימת ועל חוזה ההתקשרות (כחלק מהצעתו) תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין לתקופה של 12 חודשים מהמועד בו הוכרז על ספק זוכה.
- ה. באם תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי עם המציע הזוכה או במידה שלא נחתם הסכם מכל סיבה שהיא עם המציע הזוכה וזכיותו ו/או ההתקשרות עמו יבוטלו מכל סיבה שהיא, הרי שוועדת המכרזים במרת"א תהיה רשאית לפנות אל הכשיר השני על מנת שיבצע את ההתקשרות על פי מסמכי המכרז.
- ו. ככל שפנתה מרת"א לכשיר השני במהלך התקופה של 12 חודשים לאחר המועד בו הוכרז על ספק זוכה, על מנת שיבצע את ההתקשרות בהתאם למסמכי המכרז, יהא מחויב הכשיר השני לקבל עליו את ביצוע ההתקשרות בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
- ז. ככל שפנתה מרת"א לכשיר השני, לאחר שכבר חלפו 12 חודשים מהמועד בו הוכרז על ספק זוכה, על מנת שיבצע את השירותים על פי הצעתו, רשאי הכשיר השני להיענות או לסרב לפניית מרת"א. ככל שהכשיר השני ישיב בשלילה לפניית מרת"א, יהא מרת"א רשאי לבטל מכרז זה, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של מרת"א.
- ח. לכשיר השני לא תהיה עילה לתביעה כלשהי אם מרת"א לא יתקשר עמו בסופו של דבר ולחילופין באם מרת"א יתקשר עמו בהיקף השירותים ו/או העבודה ו/או הטובין הנמוך ממפורט במסמכי המכרז ו/או החוזה.

19. הזכות שלא לבחור בהצעה

- א. מרת"א שומר לעצמו את הזכות לערוך למציע בדיקות ביטחוניות ו/או כלכליות ו/או איכותיות, כפי שימצא לנכון.
- ב. אי עמידה בבדיקות אלה, על פי שיקול דעת מרת"א, תפסול את המציע ללא קשר לניקוד שיקבל או למחיר הצעתו.
- ג. מרת"א, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובשים לב למכלול נסיבות העניין, יהיה רשאי, אך לא חייב, לפסול מציע במכרז, אשר הוצהרו על ידו או נמצאו בעניינו, עבירות פליליות משמעותיות, שלדעת מרת"א יתכן שיש להן השפעה על ביצוע השירותים במכרז.
- ד. מרת"א רשאי שלא לבחור בהצעה שקבלה את הציון הכולל הגבוה ביותר או בהצעה בה הוצע המחיר הנמוך ביותר, או באיזה מן ההצעות האחרות, בפרט אך לא רק, בשל כך שלמרת"א יש חשש ממשי כי המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו למרת"א (לרבות עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי, הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, או שקיים חשש אחר לתפקודו באם יזכה במכרז) או כי ההצעה אינה כדאית כלכלית למציע או אם ההצעה נראית כהצעה תכסיסנית או אם מציע ההצעה נכשל בבדיקות כלכליות או ביטחוניות או בבדיקת איכות אשר יבחר לערוך מרת"א, או אם ההצעה חורגת מהתקציב שיעד מרת"א להתקשרות, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של מרת"א.
- ה. מרת"א רשאי להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה, ואת הזכות לממש רק חלק מהמכרז או מהיקף השירותים, בהתאם לתקציב שאושר, או להגדיל את היקף השירותים, על פי שיקול דעתו, ובכל מקרה למציע לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מרת"א או כל מי מטעמו.
- ו. לא בחר מרת"א באף אחת מההצעות, יהיה מרת"א רשאי לבטל את המכרז ולפרסמו מחדש, הן באותה מתכונת והן בשינויים שיראה לנכון, או לא לפרסמו כלל, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

20. מו"מ לאחר זכייה

- א. לאחר קביעת הזוכה, רשאי מרת"א לבוא עמו בדברים ולנהל עמו משא ומתן במטרה לשפר או לתקן את הצעתו.
- ב. מבלי לגרוע מהאמור, רשאי הזוכה במכרז, לאחר זכייתו ואף לאחר החתימה על ההסכם עמו, להציע שינויים או שיפורים ביחס למפרטי המכרז וההסכם, אשר להערכתו יוזילו את מחירי השירותים ויובילו להפחתת המחיר הנדרש על ידו ו/או לשיפור וייעול.
- ג. על אף האמור, יודגש כי מרת"א אינו חייב לבחון או לדון בהצעה לשינוי או שיפור כאמור, וכן הוא רשאי לדחות הצעה כאמור ללא מתן כל הנמקה, או להתנות את הסכמתו בכל תנאי שיראה לו, והכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה או שימוע.
- ד. מרת"א באמצעות ועדת המכרזים רשאי לשנות פרט מהותי בהסכם שייחתם או נחתם עם הזוכה במכרז, בהתקיים התנאים לכך בדיון.

## 21. ביטול זכייה או הודעת זכייה

א. מרת"א שומר לעצמו את הזכות לבטל זכייה ו/או הודעת זכייה, לגבי כל ההתקשרות, או לגבי חלקה, תוך 14 יום, וזאת לאחר שנתנה לזוכה הזדמנות להביא טענותיו בפני ועדת מכרזים במרת"א, וזאת בין היתר, בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

1. ועדת המכרזים קיבלה מידע על המציע, אשר היה משפיע על החלטתה, אילו היה בידה, לפני ההחלטה בדבר זכיית המציע בהתקשרות לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ההצעה הזוכה התגלתה כהצעה תכסיסנית ו/או כהצעה הנגועה בחוסר תום לב מהותי מצד הספק הזוכה.
2. קיים ספק סביר, ביחס ליכולתו של המציע לעמוד בתנאי ההתקשרות עפ"י לוחות הזמנים שנדרשו וע"פ תנאי המכרז.
3. בנוסף לאמור לעיל, מרת"א שומר לעצמו את הזכות לבטל זכייה ו/או הודעת זכייה, בין היתר, באם התבררו למרת"א לאחר סיום המכרז, עובדות המעלות את הסיכון העסקי הכרוך בהתקשרות עם המציע, מעבר לסיכון עסקי מקובל וסביר לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהתקיים חשש ממשי כי הספק הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו למרת"א, לרבות עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי, הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, או שקיים חשש אחר לתפקודו או כי ההצעה הזוכה אינה כדאית כלכלית לספק הזוכה.
4. אם ההצעה חורגת מהתקציב שיעד מרת"א להתקשרות.

## 22. ביטול מכרז

- א. מרת"א רשאי לבטל את המכרז, כולו או חלקו, להרחיב או לצמצם את היקף המכרז בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות.
- ב. מרת"א יהיה רשאי לבטל את המכרז ולצאת במכרז חדש, על פי החלטתו ללא מתן הסברים למציעים או לכל גורם אחר. במקרה כזה, תימסר הודעה מתאימה למציעים.
- ג. מרת"א לא יישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת המכרז ו/או הגשתו ו/או אי זכייתו, ו/או ביטולו.
23. כל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה, אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי מתנאים מיוחדים, כוחו של המיוחד יגבר על כוחו של תנאי כללי.
24. המציע מתחייב לספק את השרות/הטובין בכל עת, **לרבות בשעת חרום**.
- המציע יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש על ידי המזמין.
25. ניתן לשלוח שאלות/הבהרות עד ליום 20.06.19 ליחידת המכרזים בדוא"ל:
- tenders@tlvmc.gov.il, טל': 03-6974883.

טופס הגשת הצעה

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד

ועדת מכרזים של המרכז הרפואי ת"א ע"ש א. סוראסקי

רח' ויצמן 6

תל אביב 64239

א.ג.ג,

הנדון: מכרז פומבי מס' 192581

במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי - ביה"ח איכילוב

1. אני הח"מ מגיש בזה את הצעתי בצרוף כל מסמכי המכרז הנלווים כשהם חתומים וזאת לאחר שעיינתי בכל המסמכים ומצהיר כי אני מסכים לכל תנאי המכרז, 3 דפי תנאים כלליים והנספחים ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות המפורטים בהם.
2. הנני מצהיר שקבלתי, במידה ובקשתי, את כל ההסברים בכל הקשור למכרז.
3. אם אזכה במכרז הנ"ל, הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ולספק את הפריטים שבנדון עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל הטפסים ומסמכי המכרז, לשביעות רצונכם המלאה וזאת בתמורה שמפורטת בהצעת המחיר או במחיר נמוך מכך כפי שיוסכם בין הצדדים.
4. הנני מתחייב לחתום על 3 דפי תנאים כלליים המצ"ב, ומסכים שכל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומשלימים זה את זה. בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו בתנאים הכלליים לבין תנאי כלשהו בתנאים המיוחדים, תנאי מיוחד יגבר על תנאי כללי.
5. **הצעת המחיר חייבת להינתן על גבי טופס הצעת המחיר נספח ב'-חלק ב' בטבלה שהוכנה ע"י המזמין בלבד.**
6. ידוע לי שאי מלוי ו/או אי צרוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז ו/או אי חתימה על מסמך כלשהו כנדרש, עלולים לגרום לפסילת הצעתי - להלן המסמכים כנדרש בתנאי המכרז:

- טופס הגשת הצעה (הני"ל) - נספח ב' - חלק א' - חתום.
- והצעת מחיר - נספח ב' - חלק ב' + תנאים מיוחדים - חתום.
- מפרט טכני ודרישות נספח דרישות משתמש + נספח ג' - חתום.
- נספח ניקוי / חיטוי / עיקור - נספח ד' - חתום.
- התחייבות המציע - נספח ו' - חתום.
- תשקיף משתתף - נספח ז' - חתום.
- 3 דפי תנאים כלליים להספקת טובין - נספח י' - חתום.
- הצהרת סודיות ללא פגות תוקף - נספח י"א - חתום.
- ניטור שרשרת אספקה - שאלון / דו"ח מבדק לספק - נספח י"ב - חתום.
- אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
- אישור רו"ח או עו"ד שהחברה אינה נמצאת בהליכי פירוק ופשיטת רגל.
- אישור רו"ח המאשר "טובין מתוצרת הארץ" (אם רלוונטי) - נספח ט'.

---

חתימת וחותמת המציע

---

שם החברה

תאריך: \_\_\_\_\_

**הצעת מחיר מהמלאי לרכישת 5 מנדפים לחדרים נקיים**

**מכרז פומבי מס' 192581**

המציע חייב למלא ע"ג חלק ב' ולפי כל תנאי המכרז מחיר יחידה וסה"כ לגבי הפריטים המוצעים על ידו.

ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות המופיעות על גבי טופס זה בלבד.

מציע שלא ימלא טופס זה, ייחשב כמי שלא ענה על המכרז.

- ניתנת אפשרות למציע להגיש מספר הצעות לדגמים שונים של מנדפים, במידה ומוגשות הצעות נוספות יש לצלם נספח זה ולהגיש את ההצעה על גביו.
- בטבלת הצעת המחיר בשורות 1-3 המציע מתבקש להציע הצעות מחיר למנדפים בגדלים שונים, ניתנת אפשרות למציע להגיש הצעה על כלל הפריטים או על חלק מהפריטים.
- ניתנת אפשרות למציע להגיש עבור כל דגם המנדף אופציות לשדרוג.
- יש להגיש הצעת מחיר מיצרן אשר אושר ע"י הגורמים המקצועיים במרת"א.
- ש.ר.א.ל תהיה רשאית להגיש הצעה אחת בלבד.
- למרת"א שמורה הזכות לחלק את הזכייה בין מס' מציעים.
- בכוונת מרת"א לרכוש 5 מנדפים ללא התחייבות לגודל ולכמות, יחד עם זאת ביה"ח יהיה רשאי להרחיב או לצמצם היקף הרכש בהתאם לאמור בסעיף 9 בנספח א' למסמכי המכרז.

מס'	שם הפריט	מק"ט מרת"א	מק"ט יצרן	כמות	מטבע	מחיר יחידה (לא כולל מע"מ)	סה"כ
1	מנדפים לחדרים נקיים אורך חיצוני 120 ס"מ וכמפורט במפרט הטכני			1			
2	מנדפים לחדרים נקיים אורך חיצוני 160 ס"מ וכמפורט במפרט הטכני			1			
3	מנדפים לחדרים נקיים אורך חיצוני 180 ס"מ וכמפורט במפרט הטכני			1			

זמן אספקת הציוד (ממועד קבלת ההזמנה ועד לאספקת הציוד) המוצע בימים קלנדריים: \_\_\_\_\_

**הצעת המחיר תכיל הצעה לפריטים שבטבלה בציון זמן אספקת הציוד (ממועד**

**קבלת ההזמנה ועד לאספקת הציוד) המוצע בימים קלנדריים**

## הערות:

### 1. המחיר כולל:

- אספקה, הובלה והתקנה במעבדה, הדרכה + ספר הדרכה.
- בדיקה לאחר ההתקנה + הוצאת דו"ח ותג שמישות.
- ביצוע ולידציית OQ/IQ ע"י הספק וקבלת דו"ח מסכם.
- 5 שנות אחריות מלאה (השרות השוטף ניתן על ידי החברה המספקת את המנדף באופן ישיר).

### 2. על כל ספק לצרף להצעה:

- א. הצעת מחיר מפורטת למערכת, כולל הקונפיגורציה של המערכת המודגמת והמוצעת, כולל פריטים, מספרים קטלוגים, תיאור וכמות.
  - ב. ספציפיקציות טכניות מפורטות של המערכת המודגמת והמוצעת ופירוט עמידתה בדרישות המכרז- עם התייחסות לדרישות סף והדרישות הנוספות, כולל פרוט הנקודות שבהן עולים, לדעתו, ביצועי הציווד המוצע על המבוקש במפרט הטכני.
  - ג. התייחסות לכל השדות בנספח דרישות משתמש
  - ד. פרוט סוגי התחזוקה השונים, יומי, שבועי, חודשי, שנתי וכ"ו. יש לכלול נהלי עבודה לביצוע פעולות האחזקה.
  - ה. פרוט עלות תחזוקה שוטפת לשנתיים, כולל כיולים, וטיפולים תקופתיים מונעים.
  - ו. התחייבות לשליחת דוחות טיפולים על כל טיפול או תקלה, להנהלת המעבדה ולהנדסה רפואית תוך יומיים מהטיפול.
  - ז. עלות שעת עבודה.
  - ח. דרישות תשתית להתקנת המכשיר (חשמל, UPS).
  - ט. התייחסות לנהלי ניקוי, חיטוי ועיקור המנדפים.
3. יש להגיש הצעת מחיר מיצרן אשר אושר ע"י הגורמים המקצועיים במרת"א.
  4. ש.ר.א.ל לא תהיה רשאית להגיש הצעה מטעם חברה אשר ניגשת בעצמה למכרז, כמו כן תהיה רשאית להגיש הצעה אחת בלבד.

שם החברה (הסוכן):	_____	שם היצרן (הספק):	_____
הכתובת:	_____	הכתובת:	_____
טלפון ופקס:	_____	טלפון ופקס:	_____
איש קשר:	_____	דואר אלקטרוני:	_____

## תנאים מיוחדים:

1. תנאי האספקה: ממלאי הספק: מחיר במטבע זר/בשקלים ללא מע"מ.
2. **לידיעת המשתתפים במכרז:**  
ביום פתיחת המעטפות מומר מטבע החוץ לש"ח עפ"י ערכי המטבעות הקיימים במועד הגשת המכרז. מרגע זה לצורך קבלת ההחלטה ההשוואה היא על בסיס המחירים בשקלים כפי שנקבעו ביום ההמרה.
3. **הצמדה**
  - 3.1 במידה וההצעה נקובה בשקלים-
    - א. המחירים בהסכם זה יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אך ורק אם ההתקשרות אמורה להימשך מעבר לתקופה של 18 חודשים.
    - ב. ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שנקבע במכרז. מדד הבסיס, יהיה המדד הידוע בתום החודש ה-18 להתקשרות.
    - ג. ההצמדה תתבצע אחת לחצי שנה (בהתקשרויות לרכישת טובין) / אחת לשנה (בהתקשרויות לרכישת שירותים).
    - ד. סכום ההצמדה שיחושב יתווסף (או יופחת, אם חלה ירידה במדד הרלוונטי) לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.
    - ה. ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית.
    - ו. על אף האמור לעיל, אם במועד מסוים (להלן: "יום השינוי") במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלוונטי ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ביחס למדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות כפי שנקבע במכרז, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום השינוי.
  - 3.2 במידה וההצעה נקובה במטבע זר - תתורגם לשקלים עפ"י שער החליפין היציג (שיפורסם על ידי בנק ישראל) הידוע במועד הפקת החשבונות. מוסכם בזאת כי פרט לאמור לעיל, שום תנודות ו/או הפרשי הצמדה בשכר עבודה ו/או במחירי חומרים ו/או במיסים ו/או באגרות ו/או בהיטלים על ביצוע העבודות ו/או על החומרים ו/או הציוד אשר הקבלן חייב לספק על פי ההסכם לא ישנו ו/או ישפיעו על מחיר לוח המחירים.
4. מקום האספקה: מרכז רפואי תל-אביב (בי"ח איכילוב). הובלה ופריקה על חשבון הספק.
5. תנאי תשלום: שוטף + 30 מיום אישור החשבונית ע"י הגורם המוסמך במרת"א.  
לא תתקבל חשבונית ולא ישולם תשלום לכל גורם שאיננו הגורם שהשתתף במכרז והזוכה בו.
6. מועד האספקה: תוך 60 יום קלנדריים ממועד קבלת ההזמנה ועד לאספקת הציוד.
  - א. עבור כל יום פיגור במועד האספקה ישלם המציע למזמין דמי פיגור מוסכמים בגובה של 0.25% מערך ההזמנה ליום, אלא אם כן שוכנעה ועדת המכרזים שהפיגור נבע מסיבות שאינן תלויות במציע.
  - ב. בפיגור שאינו סביר המזמין רשאי לבטל את ההזמנה ולרכוש המוצרים מספק חלופי.

7. הספק מתחייב לספק את השרות/הטובין בכל עת, **לרבות בשעת חרום**.

הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.

8. על המציע לציין המחירים הנמוכים ביותר שביכולתו להציע לפריט ולסה"כ, אין להתנות מתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.

9. על המציע לציין באם הינו יצרן מקומי. תינתן עדיפות של עד 15% ליצרן מקומי.

10. "טובין מתוצרת הארץ" - הכוונה לטובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה; יש לצרף אישור מרואה חשבון המאשר זאת.

11. אם להצעה מצורפים קטלוגים ומסמכים רלוונטיים אחרים לגבי טיב הציוד, נא לצרף המסמכים המצורפים.

12. לא סופקו המוצרים ו/או סופקו מוצרים שאינם בהתאם לדרישות המפרט ועקב כך ההזמנה בוטלה ע"י המזמין, תחולנה על המציע כל ההוצאות שנבעו מהצורך בהזמנה מספק חלופי.

13. למזמין זכות קיזוז דמי הפיגורים מהתשלומים המגיעים למציע.

שם הספק ותפקידו: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

**LAMINAR "BIOHAZARD" SAFETY HOOD CLASS II TYPE A2**  
With electronic controller.

יחידות ביולוגיות בשלוש מידות: ברוחב 1.80 מ', ברוחב 1.60 מ' וברוחב 1.20 מ' בזרימה אנכית ומוגדרת להגנה אבסולוטית של העבודה, המשתמש והסביבה.

**היחידות בעלות תווי תקנים אירופאיים ו/או אמריקאים.**

1. זמן אספקה - זמן אספקה מרבי – 60 יום קלנדריים ממועד קבלת הזמנה.

**2. עמידה בדרישות GMP לחדרים נקיים**

- א. המנדף יעמוד בדרישות הפרמקופאה האירופאית Annex 1 לחדר נקי ברמת Grade A.
- ב. המשטחים החיצוניים והפנימיים יהיו חלקים, ללא בליטות וללא מחברים העשויים להוות מקור לזיהום מיקרוביאלי.
- ג. המנדף יהיה עמיד לניקוי וחיטוי בחומרים אגרסיביים כגון אקונומיקה ומי חמצן. העמידות תהיה הן במשטחים הפנימיים, בחלל שמתחת למשטח העבודה, במשטחים החיצוניים ובמעמד המנדף. על המציע לספק אישור/תעודה לעמידות ותאימות לחומרים אלו.
- ד. התאורה תהיה בחלל עם הגנה שקופה כך שניתן יהיה לנקות ולחטא את אזור התאורה. לחילופין, התאורה מחוץ לחלל הסטרילי.

**3. מבנה**

- א. פני השטח החיצוניים יהיו מנירוסטה או פח צבוע באפוקסי. למען הסרת ספק, במידה והצד החיצוני צבוע בצבע אפוקסי, הצבע יהיה חלק. במידה וקיימת אפשרות לשדרוג פני שטח חיצוניים לנירוסטה – נא לציין את עלות השינוי והשפעה על זמן אספקה במידה ורלוונטי.
- ב. פנים המנדף – חומר גלם: נירוסטה 316 או 304. תכנון לפי תכונות כדלקמן:
  - מניעת וויברציות תוך כדי עבודה
  - הגנה מקורוזיה
  - מניעת דליפות ובטוח יותר לאורך השנים.
- ג. יהיו כניסות מתאימות לביצוע בדיקת DOP כולל בדיקת חלקיקים.
- ד. בכל דופן צידית תהיה כניסה בקוטר 5 ס"מ לכניסת צינור דוגם חלקיקים. הכניסות יהיו עם פקקים מתאימים לסגירת הפתח כאשר אינו בשימוש.
- ה. מיקום מתג כיבוי והדלקה ראשי בחזית המנדף.
- ו. תחזוקה תהיה מהחזית או מלמעלה.
- ז. חשמל מתאים לחשמל בישראל (220V, 50 Hz).

**מידות המנדף (מילימטרים):**

120 ס"מ	160 ס"מ	180 ס"מ	אורך חיצוני
1400x900x1500	1930x900x1500	1930x900x1500	מידות חיצוניות <b>מרביות</b> (גובה × עומק × רוחב)
1400x900x2300	1930x900x2300	1930x900x2300	מידות חיצוניות <b>מרביות</b> כולל המעמד: (גובה × עומק × רוחב)
1100x480x650	1500x480x650	1800x480x650	מידות פנימיות <b>מינימליות</b> לאזור העבודה, <b>לא כולל הגריל</b> לשאיבת האוויר. (גובה × עומק × רוחב)

**4. מסננים מוחלטים - HEPA ABSOLUTE FILTER**

מסנני HEPA לחלקיקים בקוטר 3.0 מיקרון בעלי יעילות של 99.99% לפחות - (H14). המסנן מוגן בכל שטחו על ידי רשת אלומיניום מחוררת להבטחה זרימה למינארית אחידה בכל חלל העבודה. המסנן האבסולוטי מכסה באופן מלא את משטח העבודה מדופן לדופן כך שלא נוצרים "אזורים מתים" בדפנות היחידה. מסגרת המסנן מאלומיניום ורשת ההגנה ממתכת צבועה באפוקסי משני הצדדים בכדי למנוע סיכון של הריסת הפילטר בזמן ההתקנה. האוויר היוצא מהמנדף לחדר, יסונן אף הוא במסנן HEPA.

**5. משטח העבודה**

- משטח יחיד**, לא מחולק, עשוי מנירוסטה וניתן לפירוק קל לצורך ניקוי.
- המשטחים הפנימיים יהיו עשויים נירוסטה 316 או 304. במידה וקיימת אפשרות לשדרוג למשטחי נירוסטה 316 – נא לציין את עלות השינוי מ-304 והשפעה על זמן אספקה במידה ורלוונטי. משטח עבודה עשוי מנירוסטה 316 יקבל ציון מקסימלי במרכיב האיכות כמפורט בסעיף 15 א' בנספח א – תנאי המכרז.
- Autoclavable. ניתן לעיקור באוטוקלב.
- עומק הגריל בפתח המנדף לא יעלה על 15 ס"מ.

**6. חלון חזיתי**

חלון חזיתי **חשמלי** עשוי מזכוכית מחוסמת **בעובי 6-8 מ"מ** עם הפעלה מלוח הפיקוד מאפשר הרמתו לגובה התקני המותר לעבודה בלבד ועם התראת אזהרה בפיקוד כאשר החלון מעל הגובה המותר. ניתן יהיה להרים את החלון לגובה של לפחות 50 ס"מ על מנת לאפשר הכנסת חפצים גדולים.

**7. רמת הרעש**

רמת הרעש עד 65 דציבל.

**8. מפוח ECM**

מפוח עם אפשרות לקביעת מצב מהירות נמוכה- רלוונטי בייחוד בלילה. מהירות ממוצעת של זרימת האוויר מלמעלה למטה במנדף (Average Down flow) 0.28-0.32 מ"ש שנייה.

במצב עבודה, מהירות הזרימה של האוויר בתוך המנדף (In flow air velocity) - לא פחות מ- 0.45 מ' /שנייה.

**9. תאורה**

תאורה פלורסנטית או לד. עוצמת תאורה 700 לוקס לפחות.

## 10. מנורת UV

### ללא תאורת UV

במידה והדגם המוצע מכיל מנורת UV, יש לעדכן את היצרן ולבקש דגם שאינו כולל בית מנורה. הסרת הנורה בלבד אינה מספקת.

## 11. מערכת בקרה

מערכת בקרה משוכללת וידידותית למשתמש מאפשרת למשתמש לקבל בזמן אמת את כל הפרמטרים, ההתראות, התכנות והגישה לכל נתון נדרש. תצוגה גדולה וברורה עם TOUCH PANEL בחזית המנדף.

## 12. מערכת התראה

א. מצב המסננים.

ב. תקינות לחצים (התראה על חסימת גריל וכו').

ג. זמן הפעולה

ד. טיימרים

ה. תצוגת מצב לילה.

## 13. מעמד למנדף:

א. עשוי מנירוסטה או פח צבוע באפוקסי. למען הסרת ספק, במידה והמעמד צבוע בצבע אפוקסי, הצבע יהיה חלק. במידה וקיימת אפשרות לשדרוג חומר המעמד לנירוסטה – נא לציין את עלות השינוי והשפעה על זמן אספקה במידה ורלוונטי.

ב. מתכוונן לגובה.

ג. גובה של 70-80 ס"מ.

ד. למעמד יהיה מדף ברוחב המנדף ובעומק 30-40 ס"מ. המדף יהיה בחלק המרוחק מהעובד ובגובה של 20-30 ס"מ מהרצפה

ה. מבנה המעמד יהיה רק רגליים וללא דפנות.

## 14. המנדף כולל

א. לפחות 2 שקעי 220V מוגנים.

ב. ברזים: גז, ואקום ו/או אויר דחוס. שניים לבחירת המזמין. הברזים ימוקמו בצד המתאים לכל מנדף בהתאם לחדר שבו הוא ממוקם. בחלק מהמנדפים הכניסה של הברזים תהיה משמאל ובחלק הכניסה תהיה מימין, לפי הגדרת המזמין.

## 15. שירות ואחריות

### במקרה של תקלה:

- על הספק לטפל בתקלות תוך 48 שעות מרגע קבלת הקריאה ולהשמיש את המכשיר עד 4 ימים ממועד קבלת הקריאה.

- אם התיקון לוקח יותר מארבעה ימים, הספק ייתן פתרון אחר המקובל על המשתמש עד גמר התיקון.

### אחריות:

5 שנות אחריות מלאה (השרות השוטף ניתן על ידי החברה המספקת את המנדף באופן ישיר).

**16. המחיר כולל:**

- אספקה, הובלה והתקנה במעבדה, הדרכה + ספר הדרכה.
- בדיקה לאחר ההתקנה + הוצאת דו"ח ותג שמישות.
- ביצוע ולידציית OQ/IQ ע"י הספק וקבלת דו"ח מסכם.

**17. על כל ספק לצרף להצעה:**

- א. הצעת מחיר מפורטת למערכת, כולל הקונפיגורציה של המערכת המודגמת והמוצעת, כולל פריטים, מספרים קטלוגיים, תיאור וכמות.
- ב. ספציפיקציות טכניות מפורטות של המערכת המודגמת והמוצעת ופירוט עמידתה בדרישות המכרז- **עם התייחסות לדרישות סף והדרישות הנוספות**, כולל פרוט הנקודות שבהן עולים, לדעתו, ביצועי הציוד המוצע על המבוקש במפרט זה.
- ג. התייחסות לכל השדות בנספח דרישות משתמש
- ד. פרוט סוגי התחזוקה השונים, יומי, שבועי, חודשי, שנתי וכ"ו. יש לכלול נהלי עבודה לביצוע פעולות האחזקה.
- ה. פרוט עלות תחזוקה שוטפת לשנתיים, כולל כיולים, וטיפולים תקופתיים מונעים.
- ו. התחייבות לשליחת דוחות טיפולים על כל טיפול או תקלה, להנהלת המעבדה ולהנדסה רפואית תוך יומיים מהטיפול.
- ז. עלות שעת עבודה.
- ח. דרישות תשתית להתקנת המכשיר (חשמל, UPS).
- ט. התייחסות לנהלי ניקוי, חיטוי ועיקור המנדפים (נספח ניקוי / חיטוי / עיקור).

**נספח דרישות משתמש**

**יש למלא את הטבלה במלואה עבור כל פריט הנכלל בהצעת המחיר. אי עמידה בסעיפים הנכללים בדרישות הסף תגרום לפסילה אוטומטית.**

הערות	1.80	1.60	1.20	גודל יחידה (מטר)	
				יצרן, ארץ ייצור	1
				דגם	2
				מחיר ללא מע"מ	3
				זמן אספקה	4
				חומר גלם משטח עבודה (נירוסטה 304 או 316)	5
				תוספת מחיר לשדרוג נירוסטה משטח עבודה ל-316 (במידה ורלוונטי)	6
				חומר גלם חיצוני	7
				תוספת מחיר לשדרוג חומר גלם חיצוני לנירוסטה (במידה ורלוונטי)	8
				כניסות DOP (מספר כניסות)	9
				שתי כניסות 5 ס"מ (יש/אין)	10
				מידות חיצוניות	11
				מידות חיצוניות כולל מעמד	12
				מידות פנימיות (לא כולל גריל)	13
				משטח יחיד (יש/אין)	14
				עומק גריל	15
				יעילות מסנן Hepa (לפחות 99.99% (3 מיקרון)	16
				מנגנון פתיחת חלון (חשמלי/ידני)	17
				עובי חלון חזיתי (6-8 מ"מ)	18
				גובה פתיחת חלון מקסימלי (לפחות 50 ס"מ)	19
				רמת רעש (עד 65 דציבל)	20
				מפוח עם אפשרות לילה (יש/אין)	21

				עוצמת תאורה (700 לוקס לפחות)	23
				ללא מנורת UV / כולל הסרת בית מנורה UV (כן/לא)	24
				מערכת בקרה- מסך מגע בחזית (יש/אין)	25
				מערכת התראה (מסננים, לחצים, זמן פעולה, טיימר מצב לילה) (יש/אין)	26
				גובה מעמד (70-80 ס"מ)	27
				תוספת מחיר לשדרוג למעמד נירוסטה (במידה ורלוונטי)	28
				מדף מעמד בעומק 30-40 ס"מ (יש/אין)	29
				שני שקעי v220 מוגנים (יש/אין)	30
				שני ברזים (יש/אין)	31
				מחיר של ברז נוסף	
				זמן התחייבות לטיפול בתקלות (48 שעות)	32
				5 שנות אחריות	33
				תקן רגולטורי	34
				הצעת מחיר כוללת ביצוע פרוטוקול IQ/OQ יצרן (כן/לא)	35

שלום רב,

מצ"ב רשימת תכשירי ותהליכי ניקוי, חיטוי ועיקור בשימוש שכיח במרכז הרפואי ת"א.  
נא ציין את התכשיר/התהליך הנדרש לכל אחת מהקטגוריות (ניקוי, חיטוי ועיקור) לצידו המבוקש

**CLEANSER (חומרי ניקוי)**

- Endozym AW+APA ("Ruhof" Neutral Enzymatic Detergent for manual and ultrasonic wash)
- Transeptic Spray (parker)
- PAL - ACTIVE ("פלבים" alkaline detergent for mechanical wash)
- PL-4 ("זוהר דליה" alkaline detergent for manual wash)
- BLICLEAN ("borer" alkaline detergent for mechanical wash)
- BELIDRY 604 ("borer" for mechanical dry)

**PREPARATION FOR DISINFECTION (אמצעי חיטוי)**

**LOW LEVEL DISINFECTION**

- PAL - ACTIVE ("פלבים")
- ANTIGONE WIPE 60sec/OBELIS S.A

**INETRMEIAT**

- Chlor-clean TAB
- MEDIWIPE – [Ethanol+Isopropyl Alcohol 70%v/v  
chlorhexidine digluconate 0.5%, Hydrogen  
peroxide 0.45%, Water]

**HIGH LEVEL DISINFECTION**

- ANIOXIDE
- CIDEX-OPA
- ANTISEPTIC("Deconex" for mechanical disinfection)
- Disinfect in dishwasher 93°C for 10' (Dry 110°C for 10')
- 70% ALCOHOL +0.5% CHLORHEXIDINE
- 70% ALCOHOL

**STERILIZATION PROCEDURE (שיטות עיקור)**

- Steam 134°C for 10'
- ETO 55°C
- Gas plasma 45°C

○ במידה ולצורך תהליכי ניקוי /חיטוי/עיקור של הציוד נדרש חומר/תהליך אחר מהמצוין בטופס זה נא ציין את הוראות היצרן.

**התחייבות המציע - מכרז פומבי מס' 192581**

א. הריני מתחייב בזאת:

1. לבצע את ההדגמה בתיאום עם הגורם המקצועי לפני הגשת מסמכי המכרז ולהעביר ליחידת המכרזים את אישור הגורם המוסמך להדגמה.
2. לספק את הציוד בהתאם לדרישות המכרז ולמפרט הטכני ללא יוצא מן הכלל.
3. ליכולת לוגיסטית מלאה לאספקת הציוד.
4. במידה ולא אוכל לספק את הציוד מכל סיבה שהיא, אפצה את בית החולים בפערי העלויות בין עלות הציוד המוצע ע"י הספק הזוכה לבין עלות הציוד של הספק החלופי המאושר על ידי בית החולים.

ב. ידוע לי כי:

1. למרת"א שמורה הזכות לחלק את הזכייה בין מס' מציעים.
2. אי עמידה בדרישות המכרז, במפרט הטכני או חוסר בקבלת אישור הגורמים המקצועיים במרת"א להשתתפותנו במכרז, יביא לפסילת הצעתי ו/או אי זכייתי במכרז.

שם המציע: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

**אישור הגורם המוסמך להדגמה**  
**מכרז פומבי מס' 192581**  
**לרכישת 5 מנדפים לחדרים נקיים**

ג'	ב'	א'		
הפריט מוכר משימוש בעבר ומאושר להשתתף במכרז בכפוף להתחייבות הספק לזהות מוחלטת של הפריט המוצע במכרז לפריט המוכר לנו	הפריט מחויב בהדגמה בכפוף לעמידה בתנאי הסף והמפרט הטכני	הפריט הודגם ומאושר להשתתף במכרז	שם הפריט	מס'
			מנדפים לחדרים נקיים	1

יש להחתים את הגורם המקצועי במרת"א על אישור זה לפני הגשת מסמכי המכרז

הגורם המקצועי מתבקש לציין  
 בטבלה את הסעיף המתאים  
 ולוודא קיום אישור אמ"ר ו/או CE ו/או  
 FDA ו/או אישור תקן בטיחות אחר המתאים  
 למכשור והמקובל על המזמין.

יערה אוחיון  
 מנהלת המכון לתרפיה תאית  
 הגורם המאשר במרת"א

**התחייבות הספק** (לסעיף ג' בלבד)

לאור ההכרות של הגורם המקצועי עם הפריטים מאשר בחתימתי שיש זהות מוחלטת בין הפריט המוכר לגורם המקצועי לבין הפריט שמוצע על ידנו במכרז.

שם המציע: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

תשקיף משתתף

על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן :

1. שם החברה/הגוף המציע/ה

\_\_\_\_\_

2. אם המציע הוא חברה - מס' החברה (הרשום ברשם החברות)

\_\_\_\_\_

3. כתובת המציע: \_\_\_\_\_

4. שמות הבעלים: \_\_\_\_\_ ת.ז.: \_\_\_\_\_

טלפון במשרד: \_\_\_\_\_ פקס: \_\_\_\_\_

טלפון של מנהל החברה (בבית): \_\_\_\_\_

דואר אלקטרוני: \_\_\_\_\_

5. עובדים קבועים (שכירים) המועסקים ע"י החברה/המציע (במועד הגשת ההצעה):

5.1 פירוט הכוח המנהלי

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5.2 פירוט הכוח הביצועי (נא לפרט בהתאם למקצועות)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5.3 פירוט הכוח הפיקוחי

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5.4 פירוט הציוד

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. המציע בעל ניסיון של 3 שנים לפחות באספקת מנדפים מהדגם המוצע בלפחות גוף ציבורי אחד, הניסיון כולל שירות ותחזוקת המנדפים. לעמידה בתנאי סף זה על המציע למלא את הטבלה מטה ולציין את שמות החברות (רצוי: שבהם המנדף מותקן בחדר נקי Grade B) כולל שם טלפון של משתמש QC/QA.

(הוכחת תנאי סף 5 א'): \_\_\_\_\_

מועד סיום	תחילת מתן שירותים/ פריטים	טלפון + דוא"ל	איש קשר ותפקידו	שם מקבל השירותים/פריטים
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

7. הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים המפורטים לעיל עומדים לרשותנו לשם ביצוע הנדרש במכרז.

שם המציע: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

אני הח"מ עו"ד \_\_\_\_\_ מאשר שנותן הצהרה בתשקיף משתתף זה חתם בפני לאחר שהוזהר על ידי כי עליו להצהיר את האמת, שאם לא כן הוא יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

שם העו"ד: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

## תנאים כלליים להספקת טובין

### 1. הגדרת הטובין

הטובין שבהזמנה שיסופקו למזמין יהיו בהתאם לאמור בהזמנה, במפרט, בתרשים ובכל מסמך אחר שיצורפו להזמנה (להלן - "המפרטים") ויהיו זהים לדגמים שנקבעו על-ידי שני הצדדים, ואם לא נקבעו מפרטים, או דגמים, יהיו הטובין המוזמנים ממיטב האיכות, החומר והאומנות המקובלים במדינת ישראל בזמן ההזמנה.

### 2. חומרים/ציוד/כלי עבודה

כל חומר - בין מעובד ובין בלתי מעובד - כל מבלט ומכשיר, לרבות כל טובין אחרים שהמשרד מזמן לזמן מסרם וימסרם לספק למטרת אספקת הטובין (להלן - "החומרים") וכן המפרטים, והדגמים הינם, יהיו, יחשבו וישארו בבעלות המשרד בלבד, והספק מתחייב לא להשתמש בהם למטרה אחרת, לא להחליפם, לא למכרם, לא למשכנם, לא לשעבדם, לא למסור לאחר את השימוש בהם ולא להוציאם באופן אחר מבעלות המשרד. נמסרו לספק חומרים ליצור הטובין - קבלתם על ידי הספק תשמש הוכחה, כי יהיו בעלי איכות טובה ומתאימה להזמנה. אלא אם כן הספק הוכיח אחרת תוך זמן סביר. כל עוד החומרים ימצאו ברשותו או בפיקוחו, חייב הספק - על חשבונו הוא לאחסנם במקום ובאופן מתאים, לשמור ולהשגיח עליהם. הספק יהא אחראי לאובדן או לנזק לחומרים, או לכל חלק מהם, הנובעים מסיבה כלשהי - בין שהייתה, או שלא היתה רשלנות מצדו, או מצד כל אדם אחר. כמו-כן לפי דרישת המזמין, ובהתאם להוראותיו יבטח הספק את החומרים. חומרים שהספק מספק למטרת אספקת הטובין האמורים יהיו מאיכות כפי שנקבע במפרט שבהזמנה או בנספח שצורף להזמנה.

### 3. בדיקת הטובין

מבלי לפגוע בכל תנאי אחר מתנאי ההזמנה - המזמין או בא כוחו, רשאי לבדוק את הטובין המוזמנים בכל שלב משלבי ייצורם, או הספקתם לפני קבלתם, בשעת קבלתם, או אחרי קבלתם, והספק ירשה למזמין לבדוק את הטובין בכל עת מתקבלת על הדעת, ולצורך זה ייתן לו דוגמאות מבלי לדרוש את תמורתן. המזמין רשאי לסרב לקבל את הטובין המוזמנים כולם, או במקצתם - אם לדעתו אינם מתאימים לדגמים ומפרטים, או אם הם יוצרו לא מאותם החומרים שנמסרו לספק על ידי המזמין. הספק אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם אחר שיתגלה בטובין המוזמנים, או בכל חלק מהם הנובעים מטיב העבודה או מטיב החומרים מהם יוצרו, או מאי התאמתם למפרטים, או לדגמים, והוא יפצה את המזמין בעד כל נזק והפסד שנגרמו, או יגרמו לו, מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.

### 4. מסירת הטובין

הספק ימסור את הטובין על חשבונו ואחריותו, ליחידה, או למחסן הנזכרים בהזמנה, בשעות ולפי סדרי העבודה המקובלים באותו מקום. מותנה בזה בפירוש, כי כל עוד הטובין לא נבדקו ולא אושרו על ידי המזמין, או בא כוחו, הם לא יחשבו כטובין שנמסרו למזמין ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי לגביהם. המזמין, או בא כוחו רשאים לפסול את הטובין משום שלא יהיו בהתאם להזמנה ומשעשו כן, על הספק יהא לסלק את הטובין על חשבונו ולהחליפם בטובין שיתאימו להזמנה, תוך 48 שעות מעת שנפסלו. או אם המזמין יקבע פרק זמן אחר - תוך אותו פרק זמן. במקרה שהספק לא יסלק במועד את הטובין שנפסלו - המזמין, או בא כוחו, רשאי לסלקם לפי ראות עיניו ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך. אם הספק לא יחליף במועד את הטובין שנפסלו - את כולם, או במקצתם - המזמין רשאי לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות, או בשתיהן.  
א. לבטל את ההזמנה בכל אופן הנראה לו ולהתייחס אליה כבטלה.  
ב. לרכוש מכל מקור אחר טובין במקום אלו שנפסלו בין מאותו סוג ובין מסוג דומה - ולחייב את הספק בכל הפרש ובכל הוצאה, או תשלום שנגרמו על ידי כך.

## 5. תעודת משלוח וחשבונית מס

הספק ימציא למזמין חשבונית מס בשלושה העתקים המתייחסת לטובין ויצרף לה תעודת משלוח, בה יצוין מספר ההזמנה.

## 6. זכויות המזמין

(1) אם כתוצאה מהבדיקה הנזכרת בתנאי 4 לעיל, או בכל דרך אחרת, יתברר למזמין כי הטובין המוזמנים - כולם או במקצתם - אינם מתאימים לדגמים ולמפרטים או כי הם לוקים בחסרונות, או בליקויים, וכן אם הטובין המוזמנים - כולם, או מקצתם - לא נמסרו למזמין במועד שנקבע בהזמנה, או במועד שהוארך על ידי המזמין, אם ניתנה אורכה כזאת, וכן בכל מקרה אחר שהספק הפר או לא קיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו: המזמין יהיה רשאי - לפי ראות עיניו ולפי ברירה שבידיו ומבלי לפגוע בזכויות האחרות שבידיו לבטל את ההזמנה, או לצמצם את היקפה, או להזמין על חשבון הספק אצל ספק אחר את אותם הטובין, או טובין אחרים שלדעת המזמין מתאימים לשמש כתחליף לטובין המוזמנים, וכמו כן המזמין רשאי לתבוע את הספק בגין כל נזק שנגרם לו על ידי כך.

(2) מיד לאחר שנמסרה הודעת הביטול למקבל ההזמנה, תחשב ההזמנה בטלה ומבוטלת.

(3) המזמין שומר לעצמו זכות ברירה להמשך התקשרות לתקופה נוספת של שנה.

## 7. התשלום

מחיר בשקלים/במטבע זר ללא מע"מ.

## 8. מסמכים

כל המסמכים המצורפים להזמנה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה, יראו אותם כמשלימים זה את זה. אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים, כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.

## 9. שונות

א. שום ויתור, הימנעות מפעולה, מתן אורכה מצד המזמין, לא יחשבו כויתור על זכויותיו של המזמין לפי הזמנה זו, ולא ישמשו מניעה לתביעה, אלא אם המזמין ויתר במפורש ובכתב.

ב. מסירת הטובין המוזמנים, כולם, או מקצתם - למזמין, כמוה כהסכמת הספק לקבלת ההזמנה על כל תנאיה.

## 10. הודעות

כל ההודעות בקשר עם הזמנה זו יהיו בכתב ותימסרנה בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות בהזמנה ותחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן תוך 48 שעות ממועד מסירתן לבית הדואר, כיאות.

## נספח לתנאים הכלליים להספקת טובין

### הפסקת ההתקשרות

1. המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת בהודעה בכתב בת 60 יום מראש מבלי שיהיה חייב לנמק את הסיבה להפסקת ההתקשרות.
2. במקרה בו יפר הספק את ההסכם, יהא המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות בהודעה בכתב בת 7 ימים מראש.
3. במקרה בו יתקבל צו פירוק, כינוס נכסים או פשיטת רגל נגד הספק, יהא המזמין רשאי לבטל את ההסכם לאלתר.

באו על החתום: ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

מצד המזמין: שם \_\_\_\_\_ תפקיד \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

מצד הספק: שם \_\_\_\_\_ תפקיד \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

\* נא למלא פרטי "המשך התקשרות" (האופציה) בכפיפות להוראות התכ"מ המשקי - נסמן 3.7.1.0.1 (ח).

### סודיות:

החברה תשמור בסוד כל מידע, שיגיע אליה בקשר להסכם זה, לרבות מידע על מטופלים של המזמין, והיא מתחייבת שאיש מעובדיה או מטעמה לא יעביר מידע כאמור לאחר. החברה מצהירה, כי ידוע לה ולעובדיה, כי הפרת חובת הסודיות כאמור הינה עבירה פלילית עפ"י חוק העונשין, תשל"ז – 1977, החברה תעביר לביה"ח טופס הצהרת סודיות, חתום ע"י בעלי זכות חתימה וכן תדאג להחתמת העובדים הנשלחים מטעמה לעבודה/ שרות בתחום ביה"ח.

## הנחיות לגבי הנחות

הרינו מביאים לידיעת המשתתפים במכרז, שבעת בדיקת והכנת לוח השוואת ההצעות שהוגשו למכרז, אנו נוהגים על-פי העקרונות הבאים:

### א. הנחות/בונוסים הניתנות בהצעות המחיר:

1. אם ניתנת הנחה/בונוס מותנית בגודל הרכישה או בכל דרך אחרת, אין אנו מתייחסים להנחה/בונוס זו, וכאילו שלא ניתנת כלל.
  2. במידה וניתנת הנחת בונוס בכמות שאינה מותנית בהיקף הרכישה או בכל דרך אחרת, הנחת כמות זו תשוקלל למחיר שיהיה מחיר מוסכם וסופי לצורך הרכישה (ביצוע ההזמנות).
- ב. כל ההצעות המוגשות במטבע זר, מתורגמות על ידנו לשקלים, לתאריך אחיד.
- ג. אנו נהיה רשאים לשנות את היקף העבודה/הכמויות בגבולות של 30%.

תאריך: \_\_\_\_\_

**אשור רואה חשבון המאשר "טובין מתוצרת הארץ"**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ רו"ח, בעל ת.ז מס' \_\_\_\_\_ מאשר בזאת כדלקמן:

1. אני משמש כרואה חשבון של \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע").
2. קראתי ואני מכיר את תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה 1995 (להלן: "התקנות").
3. הריני לאשר כי הצעת המציע בהצעתו למכרז מס' \_\_\_\_\_ (להלן: "המכרז לאספקת הטובין") \_\_\_\_\_ (להלן: "הטובין") מתייחסת לטובין מתוצרת הארץ כמשמעותו בתקנות.
4. אני מאשר כי הטובין הנ"ל הם "מתוצרת הארץ" – טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה.

\_\_\_\_\_ תאריך  
 \_\_\_\_\_ שם מלא  
 \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת

**על המציע לדאוג כי אישור רואה חשבון המאשר "טובין מתוצרת הארץ" המוגש על ידו יהיה זהה לנוסח המופיע בנספח זה.**

**מודגש שאישור חוות דעת רואה החשבון אודות עמידה בתקנות חובת מכרזים - העדפת תוצרת הארץ הינו על פי המתבקש מהוראת החשב הכללי מס' 7.24.1**



## אגף מחשב

הצהרת סודיות ללא פגות תוקף

אני הח"מ \_\_\_\_\_ מ.ז. \_\_\_\_\_

עובד \_\_\_\_\_

מצהיר ומתחייב בזה כלפי משרד הבריאות – מרכז רפואי תל-אביב:

1. לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, לגלות או להביא לידיעת כל אדם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין בתקופת העסקתי ובין לאחר מכן, כל ידיעה שתגיע אלי בקשר עם או עקב קבלת מידע של/הנוגע/הקשור מרכז רפואי ת"א (להלן מרת"א), או שנובעים עקב או בתוקף עבודתי תוך כדי תקופת ביצוע העבודה, לפני או לאחר מכן, ולרבות כל נושא הקשור למחקר, תהליכים, תחשיבים, נתונים, שרטוטים, מסמכים וכל מידע שנודע לי עליו והקשור לקבלת מידע זה.
2. מובהר בזה כי הגדרת מידע שבכתב התחייבות זה תכלול כל ידע ו/או מידע ו/או חומר מקצועי ו/או טכנולוגי ו/או מסחרי של מרת"א ו/או של אחרים מטעמה, כל עוד לא הפכו להיות נחלת הכלל, וכל מידע הנוגע למרת"א, אשר נמסר לחברה, ו/או לעובדים ו/או הגיע ו/או יגיע לידיהם או לידיעתם, עקב ביצוע השירות, בעל-פה, ברשימות, בדיסקטים, בתיקים, בתוכנות מחשב, בתרשימים, בחוברות, במסמכים ו/ובכל מדיה ואופן שהוא, לרבות כל תוצר, רעיון תכנית או מסמך. מובהר כי המידע יהיה וישאר בכל עת קניינה המלא של מרכז רפואי ת"א.
3. מידע של/הנוגע למרת"א, על כל צורותיו, המועבר למשרדי החברה ו/או לעובדים לא יצא מתחום החברה אלא חזרה למשרדי מרת"א. במידה וקיים צורך להוציא מידע שכזה מחוץ לתחומים אלו, יעשה הדבר אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת מידע. בבקשה לקבלת ההיתר יובא הנימוק לצורך ע"י גורם ניהולי בחברה. בתום השימוש בחומר שנתקבל ממרת"א תוודא החברה גריסתו או החזרתו למרת"א, בהתאם להנחיות מרת"א.
4. החברה והעובדים יוודאו כי מידע של מרת"א אשר יש להוציאו מתחום המשרדים, בהתאם לתת-סעיף ג' לעיל, יועבר בהקדם האפשרי לתחום משרדי החברה או למשרדי מרת"א, על-מנת לאפשר אחסון ובקרה כנדרש. כמו כן, החברה והעובדים מתחייבים שלא להשאיר חומר של מרת"א ברכב חונה ו/או לאפשר הוצאת חומר לביתם של עובדים, אלא לאחר יידוע וקבלת אישור ממנהל אבטחת המידע במרת"א מראש ובכתב.



5. מסמכים הכוללים מידע, המיועדים לתליה על לוחות המודעות בשטח החברה יקבלו את אישור הנהלת החברה בהיבטי אבטחת מידע בטרם תלייתם וכל זאת בכפוף לאישור בכתב מהנהלת מרת"א.
6. מידע אשר אין בו עוד צורך ייגרס במכונת גריסה הממוקמת בשטח העבודה, הגורסת לרוחב פס שאינו עולה על 9 מ"מ. עד לגריסתו של המידע תוודא הנהלת החברה נעילתו כמוגדר. אין להשליך מסמכים הכוללים מידע של מרת"א לפחי האשפה ואין למסורם למנקים.
7. לא יועבר מידע או כל חלק ממנו, בכל צורה או אופן, בין במישרין ובין בעקיפין, על-ידי החברה ו/או ע"י העובדים אל צד שלישי כלשהו, לרבות גורמים ו/או מועסקים של החברה אשר אינם משולבים בשירות זה, לרבות מידע המגיע בפקס, מסמכים, קלטות, מחשבים ניידים, מדיה מגנטית או אופטית.
8. החברה והעובדים מתחייבים בזאת שלא לקחת ממרת"א ו/או לעיין ו/או לצלם ו/או לשכפל מדיה מגנטית או מסמכים הנמצאים על שולחנות עובדי מרת"א, בעמדות העבודה או בכל שטח אחר שברשות מרת"א, זאת למעט מידע כמתואר שינתן לעובדים במסגרת ולצורך מתן השירות מגורמי מרת"א בתוקף עבודתם.
9. באם החברה מחזיקה ברשותה מאגר מידע של "מרת"א" ובאם מידע זה כולל היבטים של "צנעת הפרט" כפי שמוגדרים בחוק וכן היבטים עסקיים ואסטרטגיים של "מרכז רפואי ת"א" - יחולו על מאגר זה כל דרישות האבטחה כפי שהן מיושמות במאגרי המידע של "מרת"א".
10. ידוע לי כי אני מחויב לשמור על סודיות כלפי מרכז רפואי ת"א, וכי אי מילוי התחייבותי לסוגיות כאמור, עלולה לגרום לי לנזקים, כמו גם למרת"א.
11. ידועה לי חובת שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות - התשמ"א 1981 - והתקנות שמכוחו.
12. כן ידוע לי, כי אי מילוי התחייבותי על פי האמור לעיל, מהווה עבירה אף לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
13. התחייבותי זו ניתנת בהביני את תוכנה והסכמתי לכתוב בה.

14. ההתחייבויות שבכתב התחייבות זה מוחלטות ובלתי חוזרות ותחייבנה את החברה ואת העובדים הקשורים בעבודת מרת"א, במהלך תקופת השירות ולאחר סיומו, לרבות לאחר סיום העסקת העובד ע"י החברה, ללא הגבלת זמן כלשהי.

מובהר כי כל ההתחייבויות שבכתב זה יחולו והינן מחייבות את החברה ואת עובדי החברה, ביחד ולחוד, לרבות מקום בו נרשם מפורשות "החברה", אלא מקום בו עולה מסדר הדברים כי ההתחייבות הינה של החברה בלבד.

15. מעבר לאחריות האישית והפלילית הכרוכה בהפרת סודיות אני מתחייב לשפות את מרת"א בגין כל נזק מכל מן וסוג שהוא שיגרם למרת"א כתוצאה משמוש לא תקין במידע או הפרת התחייבותי.

שם החברה: \_\_\_\_\_

שם נציג מורשה מטעם הנהלת החברה: \_\_\_\_\_

מספר זהות: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_

חותמת: \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_

#	שאלה	כן	לא	לא רלוונטי	הערות
1	האם מערכת האיכות מוסמכת לתקן בינלאומי מוכר ע"י צד שלישי ( ISO, HACCP, GMP ) ? אם כן, מה תוקף ההסמכות ? יש לצרף עותקי תעודות ההסמכה.				
2	האם אתה מפיץ מורשה ועבור אלו יצרנים ? אם כן, יש לצרף תעודות הרשאה מתאימות.				
3	האם אתה מקיים תנאי אחסון (טמפרטורה, לחות וכיוצ"ב) ושינוע בהתאם להוראות והנחיות יצרן ? האם הם מבוקרים והאם נשמרות רשומות המתעדות את תנאי האחסון ?				
4	האם קיים נוהל התראה וניהול פגי תוקף ואצוות ?				
5	האם קיים נוהל ניקיון וסדר בסביבת העבודה והייצור ?				
6	האם קיימת יכולת לבחינת עקיבות מנה במחסן מול ה-COC המקורי של המנה ?				
7	האם קיים תהליך מתועד, לביקורת מדגמית בכניסת החומר ולפני משלוח כולל אימות של החומר מול ה-COC, בדיקה ויזואלית וכיוצ"ב ?				
8	האם קיים תהליך מתועד לשמירת רשומות (הזמנות, לקוח, מסמכי איכות כגון COC, COT וכיוצ"ב) ? אם כן, מה תקופת השמירה של הרשומות ?				
9	האם קיים נוהל מתועד לזיהוי וטיפול בחומר לא מתאים או מוצר פגום ? אם כן, יש לצרף עותק של הנוהל.				
10	האם קיים אזור מבודד לאחסון חומר לא מתאים ?				

הערות	לא רלוונטי	לא	כן	שאלה	#
				האם חומר החשוד או אומת כמזויף מושמד ? אם כן, האם קיימת לכך עדות ?	11
				האם אתם מדווחים על אירועי זיוף במאגרי מידע ?	12
				האם אתם מוודאים שהכיתוב על גבי הרכיבים לא עבר שינוי או חידוש ? פרט את אופן הבדיקה.	13
				האם החומר נשמר באריזה ועם הסימון של היצרן המקורי ? במקרים של פתיחת אריזה מקורית - האם קיים תהליך מתועד לאריזה וסימון מחדש ?	14
				האם רכיבים עוברים תהליכי ניקוי ו/או ייבוש בטרם המשלוח ללקוח ? פרט	15

---

תאריך

---

שם וחותמת הספק