

ז' תמוז תשע"ט
10 יולי 2019

אל:
משותפי המכרז שבנדון

א.ג.ג.

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100044543 (2019)
" לאספקת תמיסות כיול וחלקי חילוף למכשירי איכות מים בשדה YSI לשנת 2020 "**

1. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
2. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.
3. אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
4. ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
5. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
6. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

שאלות ספקים והבהרות עורך המכרז

להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	נספח ב'	1	האם מכלול חיישנים המכיל חיישני טמפרטורה / מוליכות, PH, DO ו ORP עונה על הדרישה?	מכלול חיישנים Quatro Cable עם החיישנים: טמפרטורה / מוליכות, PH, DO ו ORP.
2.	נספח ב'	17	בסעיף נכתב (ללא חיישנים) האם למרות זאת מכלול החיישנים צריך להכיל חיישן טמפרטורה / מוליכות?	מכלול החיישנים לא אמור להכיל חיישנים.
3.			האם יש צורך לצרף את כל האישורים בכפוף לנדרש בתנאי המרכז או שמא להגיש הצעה בלבד?	יש לצרף להצעה את כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז.

בברכה,
ועדת מכרזים