



30.07.19

הנדון: עדכון למכרז מס' 192535 חלוקי עופרת עבור מכון רנטגן

בעקבות שאלות של ספקים להלן עדכונים:

1. שאלה: למשקפי המגן- צוין במכרז לבחור מקטלוג אך לא קיימת הפניה לקטלוג, לא צוין חו"ג ותקנים לחו"ג.

תשובה: יש להגיש דוגמא לגורם המקצועי כפי שנדרש בסעיף 4 לתנאי המכרז.
וכן עדכון לגבי משקף המגן- **צריך להיות 0.5 מ"מ**

2. שאלה: קיר מגן לא רשום עובי הקיר ואיזה תקנים של סינון קרינה.

תשובה: המידות הן מידות סטנדרטיות 190 ס"מ גובה, 90 ס"מ רוחב, מינימום עובי 0.5 מ"מ עופרת.

בכבוד רב,

יורם הלוי

מנהל יח' מכרזים