



01.08.19

לכבוד:

כלל המציעים:

מכרז פומבי מס' 192572 לרכישת שקיות הזנה למשאבות קנגרו וסנטינל תשובות לשאלות הבהרה

שאלה: לא מצוין במפרט הטכני:

- 1) שרטוט, מידות כלליות או סכמה לייצור המוצר.
 - 2) לא צוין במפרט הטכני מאיזה חומר גלם ותקנים שבהם נדרש החו"ג לעמוד. בלתי אפשרי לכל ספק להגיש הצעת מחיר/דגמים שיעמדו בדרישותיכם ללא שרטוטים/ סכמות וללא חו"ג.
- באים לא קיימים לספק תשובות לדרישות מעלה אבקש לקבל דגם שבעזרתו נוכל להעריך דברים אלו.

תשובה: מצ"ב נספח ג' (מפרט טכני ודרישות) המעודכן.

שאלה: האם הספק חייב להיות בעל ותק של לפחות שנה באספקת הפריטים או שמספיק שייצרן המוצר יהיה בעל וותק?

תשובה: הסעיף נשאר ללא שינוי: על המציע להיות בעל ותק של לפחות שנה באספקת פריטים נשוא מכרז זה בלפחות שני בתי חולים בארץ. (יש לציין שמות המקומות בהם קיים שימוש בפריט ופרטי איש הקשר, בנספח תשקיף משתתף).

שאלה: אבקש דחייה של חודש להגשת מועד המכרז מהסיבות הרשומות מעלה מקבלת התשובה.

תשובה: מועד הגשת המכרז הוארך עד ליום 20.8.19 שעה: 12:00.

בכבוד רב,


יורם הלוי

מנהל יחידת מכרזים


מפרט טכני ודרישות למכרז פומבי מס' 192572
לרכישת שקיות הזנה למשאבות קנגרו סנטינל

1. תאריך ייצור ופגות תוקף הפריטים :
תאריך ייצור : הפריטים יסופקו לבית החולים תוך שנה ממועד ייצורם כדי להבטיח את טריותם.
תאריך פג תוקף : פגות תוקף הפריטים במועד האספקה לא תפחת מ- 24 חודשים.
2. האריזות עומדות בתקן ISO 11607 ו- EN 868-5 , עם אינדיקטור כימי על גבי השקית הבודדת.
3. חובת קיום ברקוד ברמת אריזה/מארז לניפוק פריט ממחסן מרת"א למשתמש.
4. סט שקיות הזנה למשאבות קנגרו/סנטינל בנפח 1-1.2 ליטר, מחברים בצבע סגול.
5. חובה על הסט להתאים לעבודה תקינה עם משאבות קנגרו וגם משאבות סנטינל.
6. מצ"ב דרישות המוצר, תמונות להמחשה בלבד.

External feeding bag pump set 1200 ml



External feeding spike set



Latex free

Roller Clamp

Protective cap

Precision silicone tube- החלק שמתלפף על המכונה ונדרש להיות גמיש

EO sterilize and disposable- סטרילי ומתכלה

Individually packed

Available "Y" adaptor for easy flushing medications and water without disconnecting the set from the feeding tube- אפשרות הזרקת תרופה דרך הכוּסִית